

**Esclarecimento 21/09/2021 15:14:08**

A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – HU-UFMA PREGÃO ELETRÔNICO (RP SIDEC 104 / 2021) PROCESSO 23523.019137/2021-77 ESCLARECIMENTO A empresa El-roi Medical Solutions Indústria e Comércio de Equipamentos Eirelli, CNPJ: 10.335.819/0001-63, sediada na rua Brasilpinho, Nº281, Bairro Kobrasol, São José/ SC - CEP 88.102-300, pelo intermédio da sua representante legal infra assinado, vem solicitar esclarecimentos referente à condição de amostra para o edital e descrição dos itens 69, 70 e 71, do processo supramencionado. 1. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Senhores, precisamos que sejam esclarecidas as dúvidas apresentadas no decorrer deste documento, no sentido de que as licitantes interessadas em participar do processo, possam considerar todos os custos necessários à formação de preços dos itens, e também possam ofertar os produtos correspondentes ao que a unidade solicitante está exigindo. 1.1 - DA SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA Senhores, o edital não é claro quanto a solicitação de amostra dos itens, conforme pode ser observado abaixo: 12.1. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade Elroi Medical - El-roi Medical Solutions Industria E Comercio De Equipamentos Eireli Epp, Cnpj. 10.335.819/0001-63 Insc . Estadual 255787278, Rua Brasilpinho, 281, Kobrasol, São José Santa Catarina Cep 88.102-300 Central (48) 3047.4007 Whatsapp (48) 996760025- (48)99670750 e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no item 8 deste Edital, o HU-Ufma/Ebserh se reserva o direito de solicitar amostras dos produtos ofertados para avaliação técnica que será realizada pela Comissão de Padronização de Materiais de uso em saúde. Portanto, é necessário que seja informado previamente se haverá necessidade de apresentação de amostra, uma vez que os licitantes precisam adicionar todos os seus custos na proposta inicial, para participarem do processo, e a inserção de novos custos sem aviso prévio, ensejaram em prejuízos a licitante vencedora e até mesmo a CONTRATANTE em caso de não cumprimento das exigências. Reiteramos ainda que a empresa solicitante deste esclarecimento, tem interesse em participar dos itens 3, 7, 8, 9, 32, 35 a 41, 69, 71 e 72, portanto necessitamos saber se haverá exigência de amostra para estes itens, a fim de adicionarmos todos os custos necessários. 1.2 - DA COMPATIBILIDADE DOS ITENS 69, 71 E 72 Para os itens 69, 71 e 72, necessitamos que seja informado a marca do equipamento em que a SONDA será utilizada, uma vez que não se trata de produto "universal", portanto deve se fornecer a sonda correspondente a marca do equipamento que está sendo utilizado na unidade solicitante. Ressaltamos que essas informações são de suma importância para o prosseguimento do processo licitatório, uma vez que, caso as licitantes interessadas não tiverem o conhecimento da marca do equipamento para os itens mencionados, poderão ofertar erroneamente produtos incompatíveis, que não terão funcionalidade ao Hospital, gerando apenas custos e prejuízos. Elroi Medical - El-roi Medical Solutions Industria E Comercio De Equipamentos Eireli Epp, Cnpj. 10.335.819/0001-63 Insc . Estadual 255787278, Rua Brasilpinho, 281, Kobrasol, São José Santa Catarina Cep 88.102-300 Central (48) 3047.4007 Whatsapp (48) 996760025- (48)99670750 1.3 - DA SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO Por último, vimos solicitar esclarecimento a exigência de fornecimento de treinamento periódico, conforme cláusula 7.15 do edital: 7.15. Realizar treinamentos periódicos com a equipe de profissionais da saúde para correta utilização dos materiais licitados e equipamentos eventualmente cedidos, sobretudo, no tocante à limpeza, preparo e esterilização dos insumos de uso nos procedimentos cirúrgicos, com um intervalo médio de 06 (seis) meses ou sempre que houver novas aquisições. Em sendo o caso, disponibilizar materiais de apoio operacional como manuais e/ou catálogos dos materiais para consultas, com uma versão em português e a relação da rede de assistência técnica autorizada; Informamos que os itens 3, 7, 8, 9, 32, 35 a 41, 69, 71 e 72 não necessitam de treinamento para sua utilização, sendo apresentada apenas a ficha técnica do produto com todas as informações necessárias à sua perfeita utilização. Portanto, solicitamos que seja esclarecido que tal condição não deverá prosperar para os itens mencionados neste parágrafo, pois se referem a insumos para utilização em procedimentos de oftalmologia, que serão descartados em sua integralidade após a utilização. Elroi Medical - El-roi Medical Solutions Industria E Comercio De Equipamentos Eireli Epp, Cnpj. 10.335.819/0001-63 Insc . Estadual 255787278, Rua Brasilpinho, 281, Kobrasol, São José Santa Catarina Cep 88.102-300 Central (48) 3047.4007 Whatsapp (48) 996760025- (48)99670750 DOS PEDIDOS FINAIS Diante do exposto, solicitamos a esta idônea organização que compreenda os questionamentos levantados por esta empresa, no sentido de esclarecer os mesmos, a fim de que não haja dúvidas para o licitante no momento da formação dos preços de seu respectivo produto. Além de permitir a participação de mais empresas, com melhor custo-benefício, o que acarreta em mais concorrência e possibilidade de melhores propostas. São José/SC, 09 de Setembro de 2021. Mychelle Figueiro da Silva CPF: 008.232.889-78 Titular da EIREL

Fechar