

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:23523024224202146

Número RM: SAFS-000166/2021

Usuário: martins.claudia

Data: 17/06/2021

Folha: 1

Item	Cód. Almoarifado	Cód. EBSERH	CATMAT	Especificação	Qtd.	Unid.
1	3062400165	EBS05349	456741	KIT DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA, ADULTO, COM SISTEMA FECHADO COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTAVEL. CONECTOR MACHO-FÊMEA 24" (120CM); 02 (DUAS) TORNEIRAS DE TRÊS VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E SUA PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VENCIMENTO, Nº LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - OBSERVACAO: RG RM OPME USCV KIT DE MONITORIZAÇÃO INVASIVA ADULTO E INFANTIL MAIS SISTEMA ECMO ADULTO	4.680	UN
2	3062400156	EBS05350	439029	KIT DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA, INFANTIL, COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTAVEL COM SISTEMA FECHADO, CONECTOR MACHO-FÊMEA 24" (61CM); 02 (DUAS) TORNEIRAS DE TRÊS VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E SUA PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VENCIMENTO, Nº LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1.560	UN
3	3062101462		378993	SISTEMA ECMO ADULTO, COMPOSTO POR: OXIGENADOR ECMO, BOMBA CENTRIFUGA, CONJ. DE TUBOS PRÉ- MONTADO - OXIGENADOR, COM FLUXO SANGUINEO ENTRE 5.000 ML/MIN A 7.000 ML/MIN, MEMBRANA DE POLIMETILPENTENO, COM AREA DE SUPERFÍCIE ENTRE 1.2M² A 1.8M², COM TROCA GASOSA, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE 3/8", VOLUME DE ENCHIMENTO DO OXIGENADOR ENTRE 150ML A 250ML. BOMBA CENTRIFUGA COM BAIXO VOLUME PARA ENCHIMENTO, CAPACIDADE DE FLUXO ENTRE 0 L/MIN A 10 L/MIN, ACOPLADA AO SISTEMA COM POSSIBILIDADE DE SENSOR DE BOLHA. CONJUNTO DE TUBOS PRÉ-MONTADOS COMPOSTO DE LINHA ARTERIAL 3/8", LINHA VENOSA 3/8", COM REVESTIMENTO BIOCAMPATÍVEL. USO ÚNICO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO.	75	UN

Observação da Requisição: RP_RM 166.2021-_OPME _ USCV_KIT DE MONITORIZAÇÃO INVASIVA ADULTO E INFANTIL MAIS SISTEMA ECMO ADULTO

AGRUPAMENTO:

GRUPO I - ITENS 1 E 2 - KIT DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA ADULTO E INFANTIL;

EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO:

GRUPO 01: ITENS 1 E 2

CABOS, GARRAS E SUPORTES DOS TRANSDUTORES, CONFORME DISTRIBUIÇÃO A SEGUIR:

MONITORES DIXTAL: 10 CABOS -05 GARRAS -10 SUPORTES;

MONITORES DRAGER: 10 CABOS - 05 GARRAS - 10 SUPORTES;

MONITORES NIHON (MODELOS BSM-6000 e BSM-6701K): 60 CABOS - 30 GARRAS (90 PLACAS ACOPLADAS AS

GARRAS, OU SEJA, 03 PLACAS PARA CADA GARRA) - 60 SUPORTES;

MONITOR PHILIPS (MODELO INTELLEVEW MX50): 14 CABOS - 07 GARRAS - 14 SUPORTES;

MONITORES MINDRAY (MODELO IMEC-10 e IMEC-12): 30 CABOS - 15 GARRAS - 30 SUPORTES;

POLÍGRAFO TEB: 04 CABOS - 02 GARRAS - 04 SUPORTES;

ITEM 03- SISTEMA ECMO ADULTO

02 (DUAS) MÁQUINAS PARA O SISTEMA DE OXIGENAÇÃO EXTRA CORPÓREA (ECMO) ADULTO. CADA UMA COMPOSTA DE:

02 (DOIS) CONSOLES DE BOMBA; BRAÇO ELETROMECAÂNICO, BRAÇO MANUAL; 02 (DOIS) CONSOLES TROCADOR DE CALOR COM KIT DE MANGUEIRA PARA ÁGUA; 02 (DOIS) BLENDERS (MISTURADOR DE GASES OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO); 02 (DOIS) CARRINHOS PARA TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS.