

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:23523030355202162

Número RM: STAD-000194/2021

Usuário: erllon.sousa

Data: 29/07/2021

Folha: 1

Item	Cód. Almoarifado	Cód. EBSERH	CATMAT	Especificação	Qtd.	Unid.
1	3120402822		280350	SORO PARA DETERMINACAO ANTI - A - SORO PARA DETERMINACAO ANTI - A - SORO PARA DETERMINACAO ANTI - A - SORO PARA DETERMINACAO ANTI - A - MONOCLONAL. Soro para determinação de grupo sanguíneo do sistema ABO.O soro deve reconhecer somente o antígeno A na membrana eritrocitária, ter coloração azul, ter reatividade com hemácias A1 de no mínimo 4+, avidez de até 15 segundos, título 256 e escore 72; com hemácias A2 de no mínimo 3+, avidez de até 45 segundos, título 128 e escore de 60. Com hemácias A1B deve ter reatividade de no mínimo 4+, avidez de até 15 segundos, título 256 e escore 72; com hemácias A2B de no mínimo 3+, avidez de até 45 segundos, título 128 e escore de 60. Apresentação: frasco com 10ml. Rótulo: deve conter informações que permitam uma rápida identificação do reagente, do lote,do fabricante e do prazo de validade. Bula: deve ser clara e em língua portuguesa.	150	FR
2	3120402824		280351	SORO PARA DETERMINACAO ANTI - B - SORO PARA DETERMINACAO ANTI - B - SORO PARA DETERMINACAO ANTI - B - SORO PARA DETERMINACAO ANTI - B - MONOCLONAL. Soro para determinação de grupo sanguíneo do sistema ABO.O soro deve reconhecer somente o antígeno B na membrana eritrocitária, ter coloração amarela, apresentar reatividade com hemácias B de no mínimo 4+, avidez de até 15 segundos, título 256 e escore 72; com hemácias AB deve ter reatividade de no mínimo 4+,avidez de até 15 segundos,título 256 e escore 72. Apresentação: frasco com 10ml. Rótulo: deve conter informações que permitam uma rápida identificação do reagente,do lote,do fabricante e do prazo de validade. Bula: deve ser clara e em língua portuguesa.	150	FR
3	3120402821		280353	SORO PARA DETERMINACAO ANTI RH (ANTI - D) - SORO PARA DETERMINACAO ANTI RH (ANTI - D) - SORO PARA DETERMINACAO ANTI RH (ANTI - D) - SORO PARA DETERMINACAO ANTI RH (ANTI - D) - Soro Anti-D(MONOCLONAL+POLICLONAL COMBINADO), para determinação do grupo sanguíneo do Sistema Rh/hr. O soro deve reconhecer somente o antígeno D na membrana eritrocitária, deve ser incolor, ter reatividade com hemácias RhD positivas(Ror,R1R1,R2R2,R2r) de no mínimo 3+, avidez de até 30 segundos, título 32 e escore 40. Com hemácias RhD negativas (r'r,r"r e rr), não deve reagir em temperatura ambiente ou a 37°C. Deve ter obrigatoriamente o mesmo diluente do soro Controle Rh/hr para anti-D combinado (mono+policlinal), com o mesmo conteúdo protéico ser produzido pelo mesmo fabricante. Deve detectar a variante Dfraco. Apresentação: frasco com 10ml. Rótulo: deve conter informações que permitam uma rápida identificação do reagente, do lote, do fabricante e do prazo de validade. Bula: deve ser clara e em língua portuguesa.	150	FR
4	3120702823		353696	SORO CONTROLE RH - VD - VD.Soro controle Rh/hr para soro anti-D(monoclonal+policlinal combinado), para determinação de grupo sanguíneo do sistema Rh/hr. Deve ter obrigatoriamente o mesmo diluente do soro anti-D combinado(mono+policlinal), com o mesmo conteúdo protéico e ser produzido pelo mesmo fabricante. Deve ser incolor. Deve detectar aglutinação de hemácias R1r sensibilizadas com soro anti-D combinado(mono+policlinal), previamente aprovado com diluições 1/32,1/64 e 1/128 e nãoapresentar aglutinação com hemácias não sensibilizadas. Apresentação: frasco com 10ml. Rótulo: deve conter informações que permitam uma rápida identificação do reagente, do lote,do fabricante e do prazo de validade. Bula: deve ser clara e em língua portuguesa.	150	FR
5	3120702700		337327	SORO DE COOMBS FRASCO 10ML, TESTE DIRETO: SORO ANTI-IGG ADSORVIDOS ÀS HEMÁCIAS HUMANAS "IN VIVO" -	45	FR
6	3011300569		347082	Filme plástico, tipo: biorientado, espessura: 24 micras, largura: 47 cm, aplicação: plastificação, material: polipropileno, diâmetro: 3 pol, comprimento: 1500 m, termolaminável, superfície alto brilho. Rolo de 60 metros.	20	UN
7	3128802822		337471	FATOR REUMATOIDE	6.000	UN
8	3120600318		412644	INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA DE 0 A 14	400	UN
9	3114215916		372354	TUBO DE EDTA K2 COM GEL SEPARADOR 3,5 ML.	1.200	UN
10	3117211562		412677	PLACA DE KLINE PARA VDRL EM VIDRO	15	UN
11	3121702837		337768	ASLO-LATEX - teste	2.000	UN

Observação da Requisição:RM SATD 194/2021: Soros de Tipagem sanguínea .