

# REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:23523003595202275

Número RM: SS-000024/2022

Usuário: aldelypinho.huufm

Data: 24/01/2022

Folha: 1

Item	Cód. Almojarifado	Cód. EBSERH	CATMAT	Especificação	Qtd.	Unid.
1	3115806954	EBS07083	424658	CATETER PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INTRACRANIANA (PIC), USO EM PROCEDIMENTOS PARENQUIMATOSOS, SUBDURAL, VENTRICULAR E EPIDURAL, TAMANHO: 5 FR, COMPRIMENTO: 60 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL: POLIURETANO, COM SENSOR DE TEMPERATURA, SEMICONDUTOR ÓTICO, POSSUIR CONEXÃO PARA DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA. ADAPTÁVEL A TODOS MONITORES.	65	UN
2	3061401182	EBS08349	459209	SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA (DVE), TAMANHO: ADULTO, CATETER VENTRICULAR DE SILICONE, BOLSA DE DRENAGEM, GUIA, CONJUNTO LINHAS, BOTÃO FIXADOR PARA FLAP CRÂNIO, CONECTORES INTEGRADOS, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE.	100	UN
3	3061401191	EBS08350	459210	SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA (DVE), TAMANHO: NEONATAL, CATETER VENTRICULAR DE SILICONE, BOLSA DE DRENAGEM, GUIA, CONJUNTO LINHAS, BOTÃO FIXADOR PARA FLAP CRÂNIO, CONECTORES INTEGRADOS, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE.	30	UN
4	3061401234	EBS07175	459203	SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONEAL (DVP), CATETER VENTRICULAR E PERITONEAL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL DE ALTA PRESSÃO, RESERVATÓRIO DE COLETA DE LIQUOR, TAMANHO: ADULTO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE.	30	UN
5	3061401245	EBS07177	459199	SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONEAL (DVP), CATETER VENTRICULAR E PERITONEAL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL DE MÉDIA PRESSÃO, RESERVATÓRIO DE COLETA DE LIQUOR, TAMANHO: ADULTO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE.	35	UN
6	3061401090		459202	SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PERITONEAL(DVP) PEDIÁTRICA,ALTA PRESSÃO, BAIXO PERFIL, EM SILICONE, PARA HIDRÓCEFALIA, COM ANGULADOR E ESTILETE, COM CONECTOR INTEGRADO E CATETERES RADIOPACOS.	30	UN
7	3061401293	EBS07178	459200	SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONEAL (DVP), CATETER VENTRICULAR E PERITONEAL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL DE MÉDIA PRESSÃO, RESERVATÓRIO DE COLETA DE LIQUOR, TAMANHO: PEDIÁTRICO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE.	60	UN
8	3061401000		459205	SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PERITONEAL(DVP) NEONATAL,ALTA PRESSÃO, BAIXO PERFIL, EM SILICONE, PARA HIDRÓCEFALIA, COM ANGULADOR E ESTILETE, COM CONECTOR INTEGRADO E CATETERES RADIOPACOS.	15	UN
9	3061401154	EBS07120	459201	SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONEAL (DVP), CATETER VENTRICULAR E PERITONEAL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL DE MÉDIA PRESSÃO, RESERVATÓRIO DE COLETA DE LIQUOR, TAMANHO: NEONATAL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE.	30	UN
10	3061401001	EBS07119	459197	SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONEAL (DVP), CATETER VENTRICULAR E PERITONEAL DE SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL DE BAIXA PRESSÃO, BAIXO PERFIL (MÁX. DE 4MM) DE RESERVATÓRIO DE COLETA DE LIQUOR, TAMANHO: NEONATAL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE.	30	UN
11	3061254345		459211	SISTEMA DE DERIVACAO PARA VENTRICULOSTOMIA, TIPO OHMMAYA, RESERVATORIO INFANTIL, TIPO CÚPULA, COM CATETER VENTRICULAR, EM SILICONE, RADIOPACO, GRADUADO E ESTÉRIL.	15	UN
12	3061254357		459209	SISTEMA DE DERIVACAO PARA VENTRICULOSTOMIA, TIPO OHMMAYA, RESERVATORIO ADULTO, TIPO CÚPULA, COM CATETER VENTRICULAR, EM SILICONE, RADIOPACO, GRADUADO E ESTÉRIL.	15	UN

# REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

## ABERTA

Processo:23523003595202275

Número RM: SS-000024/2022

Usuário: aldelypinho.huufm

Data: 24/01/2022

Folha: 2

Item	Cód. Almoxarifado	Cód. EBSERH	CATMAT	Especificação	Qtd.	Unid.
------	----------------------	-------------	--------	---------------	------	-------

**Observação da Requisição:** REPETIÇÃO\_RM 24/2022\_ NEUROLOGIA\_DVP, DVE, SISTEMA DE VENTRICULOSTOMIA TIPO OHMMAYA.

REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:

1.AGRUPAMENTOS: NÃO CONTEMPLA

2.COMODATOS NECESSÁRIOS: NÃO CONTEMPLA

3.NATUREZA DE DESPESA: \_MATERIAL HOSPITALAR

4.MATERIAL COMUM ( ) OPME (X ) INSTRUMENTAL ( )

5.CONSIGNADOS: SIM ( ) NÃO(X )

6.PRAZO DE ENTREGA:

6.1 MATERIAL COMUM E OPME: 20 DIAS CORRIDOS ( X )

6.2 INSTRUMENTAL (NACIONAL: 60 DIAS CORRIDOS; IMPORTADO: 90 DIAS CORRIDOS) ( )