

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:23523000949202220

Número RM: UPDE-000007/2022

Usuário: beatriz-sousa.bs

Data: 07/01/2022

Folha: 1

Item	Cód. Almoarifado	Cód. EBSERH	CATMAT	Especificação	Qtd.	Unid.
1	3115602809	EBS03089	435191	CATETER TRIPLO LÚMEN 15 CM PARA HEMODIÁLISE. CATETER TRIPLO LÚMEN, HEMODIÁLISE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 15 CM, C/ DILATADOR E GUIA METÁLICO, 12 A 12,5 DE FRENCH, ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM EXTENSÕES RETAS E FIXAS. KIT ACESSÓRIO CONTENDO:01 AGULHA INTRODUTORA DE AÇO INOX 18 GA;01 FIO GUIA EM AÇO INOX COM AVANÇADOR E PONTA EM J 0,035 A 0,038", COMPRIMENTO DE 70 CM, 01 SERINGA DE 05 A 20 CC, 01 DILATADOR; 01 BISTURI COM LÂMINA DESCARTÁVEL; 02 TAMPAS SELADORAS DE PLÁSTICO INQUEBRÁVEL. MATERIAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL USO EM HEMODIÁLISE. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA OS PERFUROCORANTES CONFORME NR32.	30	UN
2	3115602818	EBS03090	413956	CATETER TRIPLO LÚMEN 20 CM PARA HEMODIÁLISE. CATETER TRIPLO LÚMEN, HEMODIÁLISE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 20 CM, C/ DILATADOR E GUIA METÁLICO, 12 A 12,5 DE FRENCH, ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM EXTENSÕES RETAS E FIXAS. KIT ACESSÓRIO CONTENDO:01 AGULHA INTRODUTORA DE AÇO INOX 18 GA;01 FIO GUIA EM AÇO INOX COM AVANÇADOR E PONTA EM J 0,035 A 0,038", COMPRIMENTO DE 70 CM, 01 SERINGA DE 05 A 20 CC, 01 DILATADOR; 01 BISTURI COM LÂMINA DESCARTÁVEL; 02 TAMPAS SELADORAS DE PLÁSTICO INQUEBRÁVEL. MATERIAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL USO EM HEMODIÁLISE. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA OS PERFUROCORANTES CONFORME NR32.	30	UN
3	3115603042	EBS03116	419617	CATETER DUPLO LÚMEN LONGA PERMANÊNCIA 55 CM X 14,5 FRENCH TRANSLOMBAR- CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA EM SILICONE RADIOPACO, TRANSLOMBAR BIOCMPATÍVEL, TUNELIZADO COM CUFF, COM PONTAS SEPARADAS (SPLIT) E FLUXO INDEPENDENTE E CAPTAÇÃO EM 360°, PERMITINDO FLUXO EM HEMODIÁLISE SUPERIOR A 400 ML/MIN, COM 68 CM DE COMPRIMENTO TOTAL (DA PONTA ÀS EXTENSÕES); 55 CM (MEDIDA IMPLANTÁVEL) E 50 CM DE COMPRIMENTO DO CUFF ATÉ A PONTA E 14 A 14,5 FRENCH. KIT CONTENDO: 01 CATETER COM CUFF, 01 AGULHA PARA PUNÇÃO 18 GA, 02 FIOS GUIAS METÁLICOS COM PONTA EM "J", 01 INTRODUTOR PEEL-AWAL 15-16 GA X 33 CM COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, 01 TUNELIZADOR COM LUVA, 01 INTRODUTOR PERCUTÂNEO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO 02 TAMPAS DE INJEÇÃO, 2 DILATADORES DE VASO, EXCHANGE DILATADOR 6 F X 35 CM, BISTURI, 01 AGULHA PARA PUNÇÃO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL	15	UN
4	3119101001	EBS06220	407325	CONJUNTO/KIT DESCARTÁVEL DE LINHAS NEONATAL PARA MÁQUINAS DE PROPORÇÃO PARA HEMODIÁLISE COMPOSTO DE UM SET ARTERIAL, SET VENOSO, UM ISOLADOR DE PRESSÃO EM UMA ÚNICA EMBALAGEM. ESTE CONJUNTO APRESENTA OS SEGUINTE COMPONENTES: CONEXÃO AO ACESSO ARTERIAL O CONECTOR DE FÍSTULA "SELF-EJECTING", PARA ASSEGURAR A VEDAÇÃO, COM TAMPA E ROSCA NA COR VERMELHA, SEGMENTO DA ARTERIAL COM CLAMP CORTA FLUXO, CRUZ DE INFUSÃO AUTOCICATRIZANTE PARA COLETA OU INJETOR EM VERMELHO, RAMAL PARA ENTRADA DE SORO EM TORNO DE 6 CM E CLAMP, LUER NO FINAL COM TAMPA, SEGMENTO BOMBA DE 4,0 MM, TUBO PARA ANTICOAGULAÇÃO COM CLAMP E LUER LOCK NO FINAL, SEGMENTO PARA ADAPTAÇÃO AO DIALISADOR COM ROSCA NA COR VERMELHO SET VENOSO COM RECIRCULADOR ADAPTADO A CONEXÃO AO ACESSO VENOSO, ROSCA "SELF-EJECTING, SEGMENTO COM CLAMP CORTA FLUXO, COM CATABOLHA, COM FILTRO E DOIS SEGMENTOS, CLAMP, LUER LOCK E TAMPA TERMINAL, COM CLAMP E LUER LOCK FINAL. SEGMENTO COM CRUZ DE INFUSÃO AUTOCICATRIZANTE, INJETOR OU COLETOR NA COR AZUL, SEGMENTO COM TERMINAL EM ROSCA DE ADAPTAÇÃO EM COR AZUL AO DIALISADOR. VOLUME INTERNO DO CONJUNTO ENTRE 50 E 60 ML DE PRIMING. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. USO ÚNICO.	500	UN
5	3119001011		407325	CONJUNTO/KIT DESCARTÁVEL PARA HEMODIÁLISE PEDIÁTRICO COMPOSTO DE UM SET ARTERIAL, SET VENOSO, UM ISOLADOR DE PRESSÃO EM UMA ÚNICA EMBALAGEM. ESTE CONJUNTO APRESENTA OS SEGUINTE COMPONENTES: CONEXÃO AO ACESSO ARTERIAL O CONECTOR DE FÍSTULA "SELF-EJECTING", PARA ASSEGURAR A VEDAÇÃO, COM TAMPA E ROSCA NA COR VERMELHA, SEGMENTO DA ARTERIAL COM CLAMP CORTA FLUXO, CRUZ DE INFUSÃO AUTOCICATRIZANTE PARA COLETA OU INJETOR EM VERMELHO, RAMAL PARA ENTRADA DE SORO E CLAMP, LUER NO FINAL, SEGMENTO BOMBA DE 6 MM, TUBO PARA ANTICOAGULAÇÃO COM CLAMP E LUER LOCK NO FINAL, SEGMENTO PARA ADAPTAÇÃO AO DIALISADOR COM ROSCA NA COR VERMELHO, TOTALIZANDO EM TORNO DE 2,96 M DE COMPRIMENTO, VOLUME INTERNO OU PRIMING EM TORNO DE 36 ML E O SET VENOSO COM RECIRCULADOR ADAPTADO A CONEXÃO AO ACESSO VENOSO, ROSCA "SELF-EJECTING, SEGMENTO COM CLAMP CORTA FLUXO, CATABOLHA COM FILTRO E DOIS SEGMENTOS, UM EM TORNO DE 0,15 M, CLAMP, LUER LOCK E TAMPA TERMINAL, E OUTRO EM TORNO DE 1,00 M DE COMPRIMENTO COM CLAMP E LUER LOCK FINAL. SEGMENTO COM CRUZ DE INFUSÃO AUTOCICATRIZANTE, INJETOR OU COLETOR NA COR AZUL, SEGMENTO COM TERMINAL EM ROSCA DE ADAPTAÇÃO EM COR AZUL AO DIALISADOR, EM TORNO DE 1,80 M DE COMPRIMENTO, VOLUME INTERNO OU PRIMING DE EM TORNO DE 38 ML, DIÂMETRO EXTERNO 19,9 MM. O CONJUNTO TOTALIZANDO ENTRE 62 E 74 ML DE PRIMING. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO, PARA USO ÚNICO	600	UN
6	3110204598	EBS08390	390608	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL PARA REPROCESSAMENTO DE DIALISADORES DE HEMODIÁLISE COMPOSTA POR ÁCIDO PERACÉTICO A 2%, COM PROPRIEDADES ESPORICIDA, BACTERICIDA, MICOBACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA. PARA USO EM DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL E NÍVEL INTERMEDIÁRIO. APRESENTAÇÃO GALÃO DE 5 (CINCO) LITROS. CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	2.800	L

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo: 23523000949202220

Número RM: UPDE-000007/2022

Usuário: beatriz-sousa.bs

Data: 07/01/2022

Folha: 2

Item	Cód. Almojarifado	Cód. EBSERH	CATMAT	Especificação	Qtd.	Unid.
7	3121200056	EBS08475	388079	REAGENTE PARA ANÁLISE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO-SOLUÇÃO INDICADORA PARA ANÁLISE QUALITATIVA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO PARACÉTICO, EM FRASCO DE 100 ML. PARA USO EM HEMODIÁLISE NA IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUO DE ÁCIDO PERACÉTICO NAS LINHAS DE HEMODIÁLISE.	600	UN
8	3110201600	EBS00412	337958	FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO DETERMINAÇÃO SEMI-QUANTITATIVA DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDA DE - ÁCIDO PERACÉTICO EM SOLUÇÃO DEVENDO SER CAPAZ DE DETECTAR NÍVEIS ABAIXO DE 500 PPM E DEVE SER COMPATÍVEL COM O DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL PARA REROCESSAMENTO DE DIALISADORES DE HEMODIÁLISE.	4.000	UN

Observação da Requisição: REPETIÇÃO RP_RM Nº 007/2022 NEFROLOGIA CATETER TRIPLO LÚMEN, REAGENTE PARA ANÁLISE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO

REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:

1- COMODATOS NECESSÁRIOS: NÃO

2-NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL HOSPITALAR GERAL MATERIAIS DE CONSUMO.

3-MATERIAL: COMUM (X) OPME () INSTRUMENTAL ()

4-CONSIGNADOS: SIM () NÃO (X)