

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:23523018244202269

Número RM: UPDE-000133/2022

Usuário: aldelypinho.huufm

Data: 16/05/2022

Folha: 1

Item	Cód. Almoarifado	Cód. EBSERH	CATMAT	Especificação	Qtd.	Unid.
1	3065000063		455297	RESTRITOR, POLIETILENO, CIMENTAÇÃO PARA FEMUR, APRESENTAÇÃO EM TODAS AS MEDIDAS.	100	UN
2	3061700576		446209	INJETOR CIRÚRGICO, SERINGA, PARA APLICAÇÃO DE CIMENTO ÓSSEO, DISPENSADOR TIPO PISTOLA, ÊMBALO, PONTÊIRA, FUNIL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONJUNTO COMPLETO.	100	UN
3	3066830212		459695	CONJUNTO MISTURADOR CIMENTO ORTOPÉDICO À VÁCUO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ESPÁTULA.	100	UN
4	3065000051		425146	COMPONENTE ACETABULAR, NÃO CIMENTADO, PRIMÁRIO, VERSÃO TRADICIONAL (3 FUROS) EM TITÂNIO TODAS AS MEDIDAS.	32	UN
5	3061700700		455344	PARAFUSO ACETABULAR, EM TITÂNIO TODAS AS MEDIDAS.	200	UN
6	3065000054		455352	COMPONENTE ACETABULAR NÃO CIMENTADO PRIMÁRIO EM POLIETILENO. TODAS AS MEDIDAS.	100	UN
7	3061401212		425063	COMPONENTE CEFÁLICO (CABEÇA FEMORAL) NÃO CIMENTADO PRIMÁRIO, AÇO INOXIDÁVEL COLO CURTO, MÉDIO E LONGO TODAS AS MEDIDAS	100	UN
8	3067101260		425019	HASTE FEMORAL DE QUADRIL NÃO CIMENTADA PRIMÁRIA AÇO INOXIDÁVEL DE FIXAÇÃO DISTAL TODAS AS MEDIDAS.	100	UN
9	3067101321		455352	NUCLEO ACETABULAR EM POLIETILENO TODAS AS MEDIDAS.	100	UN
10	3065000052		425146	COMPONENTE ACETABULAR, NÃO CIMENTADO, DE REVISÃO, VERSÃO MULTIFUROS (>3 FUROS) COM REVESTIMENTO TRABECULAR.	60	UN
11	3061800021		425063	COMPONENTE CEFÁLICO(CABEÇA FEMORAL), NÃO CIMENTADA, DE REVISÃO, AÇO INOXIDÁVEL, COM COLO CURTO, MÉDIO E LONGO, TODAS AS MEDIDAS.	60	UN
12	3065000060		428573	HASTE FEMORAL, NAO CIMENTADA, DE REVISÃO, FIXAÇÃO DISTAL, VERSÃO MONOBLOCO, AÇO INOXIDÁVEL, TODAS AS MEDIDAS.	30	UN
13	3065000059		428675	HASTE FEMURAL NÃO CIMENTADA, DE REVISÃO, FIXAÇÃO DISTAL VERSÃO MODULAR, AÇO INOXIDÁVEL, TODAS AS MEDIDAS.	30	UN
14	3067101322		455352	NUCLEO ACETABULAR EM POLIETILENO PARA ARTROPLASTIA DE REVISÃO. TODAS AS MEDIDAS.	60	UN
15	3065000002		280356	ANEL USO CIRÚRGICO, REFORÇO ACETABULAR, AÇO INOXIDAVEL, APRESENTAÇÃO EM TODAS AS MEDIDAS.	40	UN
16	3061214000		437934	SISTEMA DE CABOS PARA FIXAÇÃO ÓSSEA EM CROMO- COBALTO COM PLACA EM TODOS OS TAMANHOS/ FUROS -COMPOSTO DE MINIABRACADEIRA, CABOS, TRAVA DE PLACA, GRAMPO TROCANTÉRICO, LUVAS PARA CABO DE COMPRESSÃO E PLACA DE COMPRESSÃO ÓSSEA.	40	UN
17	3066831364		445841	TELA USO CIRÚRGICO, AÇO INOX, REFORÇO ACETABULAR, P/ TETO.	40	UN
18	3066831341		445841	TELA USO CIRÚRGICO, AÇO INOX, REFORÇO ACETABULAR, P/ FUNDO.	40	UN
19	3061491358		445841	TELA USO CIRÚRGICO, AÇO INOX, REFORÇO FEMURAL, ANELAR.	40	UN
20	3061700537		462145	PONTÊIRA, FORMÃO, TIPO PROBE INTERMITENTE, ABLAÇÃO ARTROSCOPIA DE QUADRIL POR RADIOFREQUÊNCIA.	40	UN
21	3066840132		443237	ÂNCORA ORTOPÉDICA, C/ PARAFUSO AUTO-ROSQUEÁVEL INTRODUTOR PLÁSTICO, EM TITÂNIO, TODAS AS MEDIDAS, COM FIO DE SUTURA EM POLIESTER, AGULHADO NAS EXTREMIDADES, ESTERIL, USO ÚNICO.	80	UN
22	3066840167		443218	ÂNCORAS BIOABSORVÍVEIS PARA SUTURA LABRAL DO QUADRIL TODAS AS MEDIDAS.	160	UN

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:23523018244202269

Número RM: UPDE-000133/2022

Usuário: aldelypinho.huufm

Data: 16/05/2022

Folha: 2

Item	Cód. Almoxarifado	Cód. EBSERH	CATMAT	Especificação	Qtd.	Unid.
------	----------------------	-------------	--------	---------------	------	-------

Observação da Requisição: REPETIÇÃO RM 133/2022 UTO - ATQ PRIMÁRIA NÃO CIMENTADA; ATQ DE REVISÃO NÃO CIMENTADA E ARTROSCOPIA DE QUADRIL

REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:

1. AGRUPAMENTO:

GRUPO 01 - ITENS 4 A 9 (ATQ PRIMÁRIA NÃO CIMENTADA)
GRUPO 02 - ITENS 10 A 19 (ATQ DE REVISÃO NÃO CIMENTADA)
GRUPO 03 - ITENS 20 A 22 (ARTROSCOPIA DE QUADRIL)

2.COMODATOS NECESSÁRIOS:

PARA GRUPO 01 – ITENS DE 4 A 9 01 (ATQ PRIMÁRIA NÃO CIMENTADA)

02 (DOIS) PERFURADORES ÓSSEOS PNEUMÁTICOS
02 (DOIS) MANÔMETROS
02 (DUAS SERRAS ÓSSEAS (PNEUMÁTICA OU ELÉTRICA)
03 (TRÊS) POSICIONADORES DE QUADRIL

PARA GRUPO 02 - ITENS 10 A 19 (ATQ DE REVISÃO NÃO CIMENTADA)

02 (DOIS) PERFURADORES ÓSSEOS PNEUMÁTICOS
02 (DOIS) MANÔMETROS
02 (DUAS SERRAS ÓSSEAS (PNEUMÁTICA OU ELÉTRICA)
03 (TRÊS) POSICIONADORES DE QUADRIL

3.NATUREZA DE DESPESA: _MATERIAL HOSPITALAR

4.MATERIAL COMUM () OPME (X) INSTRUMENTAL ()

5.CONSIGNADOS: SIM (x) NÃO ()

6.PRAZO DE ENTREGA:

6.1 MATERIAL COMUM E OPME: 20 DIAS CORRIDOS (X)

6.2 INSTRUMENTAL (NACIONAL: 60 DIAS CORRIDOS; IMPORTADO: 90 DIAS CORRIDOS) ()