



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Rua Barão de Itapary, nº 227 - Bairro Centro
São Luís-MA, CEP 65020-070
(98) 2109-1000 - <http://huufma.ebserh.gov.br>

Ata de Registro de Preços - SEI nº MINUTA/2022

Processo nº 23523.027865/2022-33

ANEXO II - PARECER REFERENCIAL Nº 1/2022/SCAD/CONJUR/PRES-EBSEERH

ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, filial Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – HU-UFMA, sediada na Rua Barão de Itapary, 227 – Centro – São Luis (MA) – CEP 65.020-070, CNPJ 15.126.437/0004-96, UG-155010, neste ato representada pela sua **Superintendente, Joyce Santos Lages**, brasileira, enfermeira, RG n.º ***7198020**-O SSP/MA, Matrícula SIAPE n.º 2337*** e CPF n.º ***.455.333-**, nomeada por pela Portaria nº 22, de 26 de abril de 2013, publicada no DOU n.º 81, fls. 11, de 29 de abril de 2013, no uso das atribuições conferidas pela Portaria n.º 08, de 09 de janeiro de 2019, e pelo seu **Gerente Administrativo, Eurico Santos Neto**, brasileiro, administrador, portador da RG n.º 0000***7159** SSP/MA, Matrícula SIAPE n.º 2169*** e CPF n.º ***.637.323-**, nomeado pela Portaria 854, de 15 de outubro de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 60, de 20 de outubro de 2014, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº. 115, de 01 de abril de 2022, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº, publicada no de, processo administrativo nº **23523.027865/2022-33**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh - RLCE, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) agulha siliconizada, cateter duplo lúmen, concentrado polieletrólítico para hemodiálise, conjunto/kit descartável para hemodiálise, desinfetante de alto nível, equipo arterial e venoso pediátrico, filtro capilar de alto fluxo, isolador de pressão, protetor para cateter dentre outros**, para o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA/EBSEERH), especificado(s) no Encarte A do termo de referência, anexo do Edital de Pregão nº, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR:	
CNPJ:	
RESPONSÁVEL:	
CONTATO:	

ITEM	CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	439889	AGULHA SILICONIZADA 15 G, COM PROTETOR DE EXTREMIDADES E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PERFUROCORTANTES, PAREDES ULTRAFINAS E BISEL TRIFACETADO PARA PUNÇÃO DE FÍSTULA ARTÉRIO - VENOSA PARA HEMODIÁLISE 15G X 1" - 145 MM X 25MM - ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, COM BACK-EYE OVAL E CLAMP, CONECTOR TIPO LUER-LOCK PARA CONEXÃO DE LINHAS DE SANGUE PARA HEMODIÁLISE, CONTENDO ASA FLEXÍVEL DE COR UNIVERSAL, TUBO FLEXÍVEL COM DIÂMETRO INTERNO DE 3,3 MM, COMPRIMENTO DE 300 MM, VOLUME DE PREENCHIMENTO DA EXTENSÃO 2,6 A 2,8 ML. EMBALAGEM COM UMA UNIDADE, ÍNTEGRA QUE PERMITA A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			
2	439888	AGULHA SILICONIZADA 16 G, COM PROTETOR DE EXTREMIDADES E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PERFUROCORTANTES, PAREDES ULTRAFINAS E BISEL TRIFACETADO PARA PUNÇÃO DE FÍSTULA ARTÉRIO - VENOSA PARA HEMODIÁLISE 16G X 1" - 165 MM X 25MM - ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, COM BACK-EYE OVAL E CLAMP, CONECTOR TIPO LUER-LOCK PARA CONEXÃO DE LINHAS DE SANGUE PARA HEMODIÁLISE, CONTENDO ASA FLEXÍVEL DE COR UNIVERSAL, TUBO FLEXÍVEL COM DIÂMETRO INTERNO DE 3,3 MM, COMPRIMENTO DE 300 MM, VOLUME DE PREENCHIMENTO DA EXTENSÃO 2,6 A 2,8 ML. EMBALAGEM COM UMA UNIDADE, ÍNTEGRA QUE PERMITA A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE		UN			
3	439887	AGULHA SILICONIZADA 17 G, COM PROTETOR DE EXTREMIDADES E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PERFUROCORTANTES- AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE 17G; AGULHA TRIFACETADA, CALIBRE 17G DE PAREDE ULTRAFINA, SILICONIZADA, COM 25 MM DE COMPRIMENTO, DOTADA DE BACK EYE; TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO, COM 300 MM DE COMPRIMENTO, DOTADA DE CLAMP DE SEGURANÇA; EMBALAGEM COM UMA UNIDADE, ÍNTEGRA QUE PERMITA A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			
4	421249	CATETER DUPLO LÚMEN 10 CM PARA HEMODIÁLISE. CATETER DE DUPLO LÚMEN COM 10 CM X 7 FRENCH, COM EXTENSÕES RETAS E FIXAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, KIT CONTENDO: FIO GUIA, AGULHA BLOQUEIO, AGULHA INTRODUTORA, 2 TAMPAS PROTETORAS, BISTURI, SERINGA, DILATADOR, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA OS PERFUROCORTANTES CONFORME NR32. APLICAÇÃO DA MARGEM DE PREFERÊNCIA, CONFORME DECRETO 7767 DE JUNHO DE 2012 – PERCENTUAL: 25%"		UN			
5	413944	CATETER DUPLO LÚMEN 12 CM PARA HEMODIÁLISE. CATETER DE DUPLO LÚMEN COM 12 CM X 9 FRENCH, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM EXTENSÕES RETAS E FIXAS. KIT CONTENDO: FIO GUIA, AGULHA BLOQUEIO, AGULHA INTRODUTORA, 2 TAMPAS PROTETORAS, BISTURI, SERINGA, DILATADOR, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA OS PERFUROCORTANTES CONFORME NR32.		UN			
6	436597	CATETER DUPLO LÚMEN 15 CM PARA HEMODIÁLISE. CATETER DUPLO LÚMEN, HEMODIÁLISE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 15 CM, C/ DILATADOR E GUIA METÁLICO, 11,5 A 12,5 DE FRENCH, ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM EXTENSÕES RETAS E FIXAS. KIT ACESSÓRIO CONTENDO:01 AGULHA INTRODUTORA DE AÇO INOX TAMANHO 18 GA;01 FIO GUIA EM AÇO INOX COM PONTA EM J 0,038", COMPRIMENTO DE 70 CM, 01 SERINGA DE 10 A		UN			

		20 CC, 01 DILATADOR; 01 BISTURI COM LÂMINA 11 GRADUADO; 02 TAMPAS SELADORAS DE PLÁSTICO INQUEBRÁVEL. MATERIAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL USO EM HEMODIÁLISE. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA OS PERFUROCORTANTES CONFORME NR32.					
7	437118	CATETER DUPLO LÚMEN 20 CM PARA HEMODIÁLISE. CATETER DUPLO LÚMEN, HEMODIÁLISE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM EXTENSÕES RETAS E FIXAS, 20 CM, C/ DILATADOR E GUIA METÁLICO, 11,5 A 12,5 DE FRENCH, ESTÉRIL DESCARTÁVEL, RETO. KIT ACESSÓRIO CONTENDO: 01 AGULHA INTRODUTORA DE AÇO INOX TAMANHO 18 GA; 01 FIO GUIA EM AÇO INOX COM PONTA EM J 0,038", COMPRIMENTO DE 70 CM, 01 SERINGA DE 10 A 20 CC, 01 DILATADOR; 01 BISTURI COM LÂMINA 11 GRADUADO; 02 TAMPAS SELADORAS DE PLÁSTICO INQUEBRÁVEL. MATERIAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL USO EM HEMODIÁLISE. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA OS PERFUROCORTANTES CONFORME NR32.		UN			
8	435191	CATETER TRIPLO LÚMEN 15 CM PARA HEMODIÁLISE. CATETER TRIPLO LÚMEN, HEMODIÁLISE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 15 CM, C/ DILATADOR E GUIA METÁLICO, 12 A 12,5 DE FRENCH, ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM EXTENSÕES RETAS E FIXAS. KIT ACESSÓRIO CONTENDO: 01 AGULHA INTRODUTORA DE AÇO INOX 18 GA; 01 FIO GUIA EM AÇO INOX COM AVANÇADOR E PONTA EM J 0,035 A 0,038", COMPRIMENTO DE 70 CM, 01 SERINGA DE 05 A 20 CC, 01 DILATADOR; 01 BISTURI COM LÂMINA DESCARTÁVEL; 02 TAMPAS SELADORAS DE PLÁSTICO INQUEBRÁVEL. MATERIAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL USO EM HEMODIÁLISE. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA OS PERFUROCORTANTES CONFORME NR32.		UN			
9	413956	CATETER TRIPLO LÚMEN 20 CM PARA HEMODIÁLISE. CATETER TRIPLO LÚMEN, HEMODIÁLISE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 20 CM, C/ DILATADOR E GUIA METÁLICO, 12 A 12,5 DE FRENCH, ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM EXTENSÕES RETAS E FIXAS. KIT ACESSÓRIO CONTENDO: 01 AGULHA INTRODUTORA DE AÇO INOX 18 GA; 01 FIO GUIA EM AÇO INOX COM AVANÇADOR E PONTA EM J 0,035 A 0,038", COMPRIMENTO DE 70 CM, 01 SERINGA DE 05 A 20 CC, 01 DILATADOR; 01 BISTURI COM LÂMINA DESCARTÁVEL; 02 TAMPAS SELADORAS DE PLÁSTICO INQUEBRÁVEL. MATERIAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL USO EM HEMODIÁLISE. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA OS PERFUROCORTANTES CONFORME NR32.		UN			
10	430269	CATETER DUPLO LÚMEN LONGA PERMANÊNCIA 18 CM X 10 FRENCH, USO PEDIÁTRICO, EM SILICONE, RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL, TUNELIZADO COM CUFF, COM EXTENSÕES FIXAS E RETAS, COM PONTAS SEPARADAS (SPLIT) E FLUXO INDEPENDENTE E CAPTAÇÃO EM 360°, PERMITINDO FLUXO EM HEMODIÁLISE SUPERIOR A 400 ML/MIN, COM 30 CM DE COMPRIMENTO TOTAL (DA PONTA ÀS EXTENSÕES); 18 CM (MEDIDA IMPLANTÁVEL) E 15 CM DE COMPRIMENTO DO CUFF ATÉ A PONTA E 10 FRENCH. KIT CONTENDO: 01 CATETER COM CUFF, 01 FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", 01 INTRODUTOR PERCUTÂNEO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, 01 TUNELIZADOR COM LUVA, 02 TAMPAS DE INJEÇÃO, 01 AGULHA PARA PUNÇÃO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL.		UN			
11	430269	CATETER DUPLO LÚMEN LONGA PERMANÊNCIA 24 CM X 12 A 12,5 FRENCH. CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA CONFECCIONADO MATERIAL RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL E ALTAMENTE RESISTENTE A KINKS, TUNELIZADO COM CUFF, COM EXTENSÕES FIXAS E RETAS, COM 36 CM DE COMPRIMENTO TOTAL (DA PONTA ÀS EXTENSÕES); 24 CM (MEDIDA IMPLANTÁVEL) E 19 CM DE COMPRIMENTO DO CUFF ATÉ A PONTA E 12 FRENCH. KIT CONTENDO: 01 CATETER COM CUFF, 01 FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", 01 INTRODUTOR PERCUTÂNEO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, 01 TUNELIZADOR COM LUVA, 02 TAMPAS DE		UN			

		INJEÇÃO, 01 AGULHA PARA PUNÇÃO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL.					
12	430269	CATETER DUPLO LÚMEN LONGA PERMANÊNCIA 24 CM X 14 A 14,5 FRENCH. CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA, CONFECCIONADO MATERIAL RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL E ALTAMENTE RESISTENTE A KINKS, TUNELIZADO COM CUFF, COM EXTENSÕES FIXAS E RETAS, COM 36 CM DE COMPRIMENTO TOTAL (DA PONTA ÀS EXTENSÕES); 24 CM (MEDIDA IMPLANTÁVEL) E 19 CM DE COMPRIMENTO DO CUFF ATÉ A PONTA E 14 A 14,5 FRENCH. KIT CONTENDO: 01 CATETER COM CUFF, 01 FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", 01 INTRODUTOR PERCUTÂNEO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, 01 TUNELIZADOR COM LUVA, 02 TAMPAS DE INJEÇÃO, 01 AGULHA PARA PUNÇÃO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL.		UN			
13	413242	CATETER DUPLO LÚMEN LONGA PERMANÊNCIA 32 CM X 14 A 14,5 FRENCH. CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA CONFECCIONADO MATERIAL RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL E ALTAMENTE RESISTENTE A KINKS, TUNELIZADO COM CUFF, COM EXTENSÕES FIXAS E RETAS, COM 44 CM DE COMPRIMENTO TOTAL (DA PONTA ÀS EXTENSÕES); 32 CM (MEDIDA IMPLANTÁVEL) E 27 CM DE COMPRIMENTO DO CUFF ATÉ A PONTA E 14 A 14,5 FRENCH. KIT CONTENDO: 01 CATETER COM CUFF, 01 FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", 01 INTRODUTOR PERCUTÂNEO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, 01 TUNELIZADOR COM LUVA, 02 TAMPAS DE INJEÇÃO, 01 AGULHA PARA PUNÇÃO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL		UN			
14	413239	CATETER DUPLO LÚMEN LONGA PERMANÊNCIA 55 CM X 14,5 FRENCH, FEMORAL. CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA EM SILICONE RADIOPACO, FEMORAL BIOCOMPATÍVEL, TUNELIZADO COM CUFF, COM PONTAS SEPARADAS (SPLIT) E FLUXO INDEPENDENTE E CAPTAÇÃO EM 360°, PERMITINDO FLUXO EM HEMODIÁLISE SUPERIOR A 400 ML/MIN, COM 68 CM DE COMPRIMENTO TOTAL (DA PONTA ÀS EXTENSÕES); 55 CM (MEDIDA IMPLANTÁVEL) E 50 CM DE COMPRIMENTO DO CUFF ATÉ A PONTA E 14 A 14,5 FRENCH. KIT CONTENDO: 01 CATETER COM CUFF, 01 FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", 01 INTRODUTOR PERCUTÂNEO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, 01 TUNELIZADOR COM LUVA, 02 TAMPAS DE INJEÇÃO, 01 AGULHA PARA PUNÇÃO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL.		UN			
15	419617	CATETER DUPLO LÚMEN LONGA PERMANÊNCIA 55 CM X 14,5 FRENCH TRANSLOMBAR- CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA EM SILICONE RADIOPACO, TRANSLOMBAR BIOCOMPATÍVEL, TUNELIZADO COM CUFF, COM PONTAS SEPARADAS (SPLIT) E FLUXO INDEPENDENTE E CAPTAÇÃO EM 360°, PERMITINDO FLUXO EM HEMODIÁLISE SUPERIOR A 400 ML/MIN, COM 68 CM DE COMPRIMENTO TOTAL (DA PONTA ÀS EXTENSÕES); 55 CM (MEDIDA IMPLANTÁVEL) E 50 CM DE COMPRIMENTO DO CUFF ATÉ A PONTA E 14 A 14,5 FRENCH. KIT CONTENDO: 01 CATETER COM CUFF, 01 AGULHA PARA PUNÇÃO 18 GA, 02 FIOS GUIAS METÁLICOS COM PONTA EM "J", 01 INTRODUTOR PEEL-AWAL 15-16 GA X 33 CM COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, 01 TUNELIZADOR COM LUVA, 01 INTRODUTOR PERCUTÂNEO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO 02 TAMPAS DE INJEÇÃO, 2 DILATADORES DE VASO, EXCHANGE DILATADOR 6 F X 35 CM, BISTURI, 01 AGULHA PARA PUNÇÃO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL		UN			
16	419617	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA 40 CM X 14 A 14,5 FRENCH CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA CONFECCIONADO MATERIAL RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL E ALTAMENTE RESISTENTE A KINKS TUNELIZADO COM CUFF, COM EXTENSÕES FIXAS E RETAS, COM 52 CM DE COMPRIMENTO TOTAL (DA PONTA ÀS EXTENSÕES); 40 CM (MEDIDA IMPLANTÁVEL) E 35 CM DE COMPRIMENTO DO CUFF ATÉ A PONTA E 14 A 14,5 FRENCH. KIT CONTENDO: 01 CATETER COM CUFF, 01		UN			

		FIO GUIA METÁLICO COM PONTA EM "J", 01 INTRODUTOR PERCUTÂNEO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, 01 TUNELIZADOR COM LUYA, 02 TAMPAS DE INJEÇÃO, 01 AGULHA PARA PUNÇÃO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL					
17	240342	CONCENTRADO POLIELETROLÍTICO PARA HEMODIÁLISE, FRAÇÃO ÁCIDA. SOLUÇÃO ÁCIDA PARA HEMODIÁLISE, COMPOSIÇÃO PADRÃO, COM ÁGUA PARA INJEÇÃO E COM CONCENTRAÇÃO FINAL DE SÓDIO 138 MEQ/L, POTÁSSIO 2,0 MEQ/L, CÁLCIO 3,5 MEQ/L APÓS DILUIÇÃO EM 1:34, SEM GLICOSE, EMBALAGEM DE 05 LITROS COM TAMPA ROSQUEÁVEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, COM LACRE E RÓTULOS DE IDENTIFICAÇÃO DA FORMULAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL.		GL			
18	394853	CONCENTRADO POLIELETROLÍTICO PARA HEMODIÁLISE, FRAÇÃO BÁSICA. SOLUÇÃO BÁSICA PARA HEMODIÁLISE, COMPOSIÇÃO PADRÃO, BICARBONATO DE SÓDIO A 8,4% E ÁGUA PARA INJEÇÃO, EM GALÕES DE 5 LITROS, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, COM LACRE E RÓTULOS DE IDENTIFICAÇÃO DA FORMULAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL.		GL			
19	364742	CONCENTRADO POLIELETROLÍTICO PARA HEMODIÁLISE, FRAÇÃO ÁCIDA. SOLUÇÃO ÁCIDA PARA HEMODIÁLISE, COMPOSIÇÃO PADRÃO, COM ÁGUA PARA INJEÇÃO E COM CONCENTRAÇÃO FINAL DE SÓDIO 138 MEQ/L, POTÁSSIO 2,0 MEQ/L, CÁLCIO 3,0 MEQ/L APÓS DILUIÇÃO EM 1:34, SEM GLICOSE, EMBALAGEM DE 05 LITROS COM TAMPA ROSQUEÁVEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, COM LACRE E RÓTULOS DE IDENTIFICAÇÃO DA FORMULAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL.		GL			
20	240342	CONCENTRADO PARA HEMODIÁLISE, FRAÇÃO ÁCIDA COM CÁLCIO 2,5 MEQ/L. SOLUÇÃO ÁCIDA PARA HEMODIÁLISE, COM COMPOSIÇÃO APÓS DILUIÇÃO (1:34) DE: SÓDIO 138 MEQ/L, POTÁSSIO 2,0 MEQ/L, CÁLCIO 2,5 MEQ/L, SEM GLICOSE, EMBALAGEM DE 05 LITROS COM TAMPA ROSQUEÁVEL, RÓTULOS DE IDENTIFICAÇÃO DA FORMULAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL.		GL			
21	407325	CONJUNTO/KIT DESCARTÁVEL DE LINHAS NEONATAL PARA MÁQUINAS DE PROPORÇÃO PARA HEMODIÁLISE COMPOSTO DE UM SET ARTERIAL, SET VENOSO, UM ISOLADOR DE PRESSÃO EM UMA ÚNICA EMBALAGEM. ESTE CONJUNTO APRESENTA OS SEGUINTE COMPONENTES: CONEXÃO AO ACESSO ARTERIAL O CONECTOR DE FÍSTULA "SELF-EJECTING", PARA ASSEGURAR A VEDAÇÃO, COM TAMPA E ROSCA NA COR VERMELHA, SEGMENTO DA ARTERIAL COM CLAMP CORTA FLUXO, CRUZ DE INFUSÃO AUTOCICATRIZANTE PARA COLETA OU INJETOR EM VERMELHO, RAMAL PARA ENTRADA DE SORO EM TORNO DE 6 CM E CLAMP, LUER NO FINAL COM TAMPA, SEGMENTO BOMBA DE 4,0 MM, TUBO PARA ANTICOAGULAÇÃO COM CLAMP E LUER LOCK NO FINAL, SEGMENTO PARA ADAPTAÇÃO AO DIALISADOR COM ROSCA NA COR VERMELHO SET VENOSO COM RECIRCULADOR ADAPTADO A CONEXÃO AO ACESSO VENOSO, ROSCA "SELF-EJECTING, SEGMENTO COM CLAMP CORTA FLUXO, COM CATABOLHA, COM FILTRO E DOIS SEGMENTOS, CLAMP, LUER LOCK E TAMPA TERMINAL, COM CLAMP E LUER LOCK FINAL. SEGMENTO COM CRUZ DE INFUSÃO AUTOCICATRIZANTE, INJETOR OU COLETOR NA COR AZUL, SEGMENTO COM TERMINAL EM ROSCA DE ADAPTAÇÃO EM COR AZUL AO DIALISADOR. VOLUME INTERNO DO CONJUNTO ENTRE 50 E 60 ML DE PRIMING. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO. USO ÚNICO		UN			
22	406715	CONJUNTO/KIT DESCARTÁVEL PARA HEMODIÁLISE ADULTO COMPOSTO DE UM SET ARTERIAL, SET VENOSO, UM ISOLADOR DE PRESSÃO EM UMA		UN			

		ÚNICA EMBALAGEM. ESTE CONJUNTO APRESENTA OS SEGUINTE COMPONENTES: CONEXÃO AO ACESSO ARTERIAL O CONECTOR DE FÍSTULA "SELF-EJECTING", PARA ASSEGURAR A VEDAÇÃO, COM TAMPA E ROSCA NA COR VERMELHA, SEGMENTO DA ARTERIAL COM CLAMP CORTA FLUXO, CRUZ DE INFUSÃO AUTOCICATRIZANTE PARA COLETA OU INJETOR EM VERMELHO, RAMAL PARA ENTRADA DE SORO E CLAMP, LUER NO FINAL, SEGMENTO BOMBA DE 6 MM, TUBO PARA ANTICOAGULAÇÃO COM CLAMP E LUER LOCK NO FINAL, SEGMENTO PARA ADAPTAÇÃO AO DIALISADOR COM ROSCA NA COR VERMELHO, TOTALIZANDO EM TORNO DE 4,11 M DE COMPRIMENTO, VOLUME INTERNO OU PRIMING DE EM TORNO DE 68 ML E O SET VENOSO COM RECIRCULADOR ADAPTADO A CONEXÃO AO ACESSO VENOSO, ROSCA "SELF-EJECTING, SEGMENTO COM CLAMP CORTA FLUXO, CATABOLHA COM FILTRO E DOIS SEGMENTOS, UM EM TORNO DE 0,15 M, CLAMP, LUER LOCK E TAMPA TERMINAL, E OUTRO EM TORNO DE 0,50 M DE COMPRIMENTO COM CLAMP E LUER LOCK FINAL. SEGMENTO COM CRUZ DE INFUSÃO AUTOCICATRIZANTE, INJETOR OU COLETOR NA COR AZUL, SEGMENTO COM TERMINAL EM ROSCA DE ADAPTAÇÃO EM COR AZUL AO DIALISADOR, EM TORNO DE 3,05 M DE COMPRIMENTO, VOLUME INTERNO OU PRIMING ENTRE 65 E 68 ML. O CONJUNTO TOTALIZANDO EM TORNO DE 136 ML DE PRIMING. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO, PARA USO ÚNICO.					
23	407325	CONJUNTO/KIT DESCARTÁVEL PARA HEMODIÁLISE PEDIÁTRICO COMPOSTO DE UM SET ARTERIAL, SET VENOSO, UM ISOLADOR DE PRESSÃO EM UMA ÚNICA EMBALAGEM. ESTE CONJUNTO APRESENTA OS SEGUINTE COMPONENTES: CONEXÃO AO ACESSO ARTERIAL O CONECTOR DE FÍSTULA "SELF-EJECTING", PARA ASSEGURAR A VEDAÇÃO, COM TAMPA E ROSCA NA COR VERMELHA, SEGMENTO DA ARTERIAL COM CLAMP CORTA FLUXO, CRUZ DE INFUSÃO AUTOCICATRIZANTE PARA COLETA OU INJETOR EM VERMELHO, RAMAL PARA ENTRADA DE SORO E CLAMP, LUER NO FINAL, SEGMENTO BOMBA DE 6 MM, TUBO PARA ANTICOAGULAÇÃO COM CLAMP E LUER LOCK NO FINAL, SEGMENTO PARA ADAPTAÇÃO AO DIALISADOR COM ROSCA NA COR VERMELHO, TOTALIZANDO EM TORNO DE 2,96 M DE COMPRIMENTO, VOLUME INTERNO OU PRIMING EM TORNO DE 36 ML E O SET VENOSO COM RECIRCULADOR ADAPTADO A CONEXÃO AO ACESSO VENOSO, ROSCA "SELF-EJECTING, SEGMENTO COM CLAMP CORTA FLUXO, CATABOLHA COM FILTRO E DOIS SEGMENTOS, UM EM TORNO DE 0,15 M, CLAMP, LUER LOCK E TAMPA TERMINAL, E OUTRO EM TORNO DE 1,00 M DE COMPRIMENTO COM CLAMP E LUER LOCK FINAL. SEGMENTO COM CRUZ DE INFUSÃO AUTOCICATRIZANTE, INJETOR OU COLETOR NA COR AZUL, SEGMENTO COM TERMINAL EM ROSCA DE ADAPTAÇÃO EM COR AZUL AO DIALISADOR, EM TORNO DE 1,80 M DE COMPRIMENTO, VOLUME INTERNO OU PRIMING DE EM TORNO DE 38 ML, DIÂMETRO EXTERNO 19,9 MM. O CONJUNTO TOTALIZANDO ENTRE 62 E 74 ML DE PRIMING. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO, PARA USO ÚNICO		UN			
24	285906	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL PARA MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE-SOLUÇÃO EQUILIBRADA A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 91,8 G; ÁCIDO ACÉTICO 8,0 G; ESTABILIZANTE 0,2 G, MANTENDO COMO PRINCÍPIO ATIVO ÁCIDO PERACÉTICO 3,4%. COMPOSTA POR ACIDO ACETICO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO PERACÉTICO COM CONCENTRAÇÃO ENTRE 3,4% a 3,5%, EM BOMBONAS DE 5 LITROS VALVULADA. PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA NA DESINFECÇÃO DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE COMPATÍVEL COM A MÁQUINA FRESENIUS (MODELO DE REFERÊNCIA DO EQUIPAMENTO 4008B, 4008S), REGISTRO MS (NÚMERO DO REGISTRO: 80133950086). DEVE SER EFETIVO PARA REMOVER DEPÓSITOS DE CARBONATO DE CÁLCIO E MAGNÉSIO. TEMPO DE CONTATO PARA DESINFECÇÃO MÁXIMO DE 32 MINUTOS		L			
25	406719	EQUIPO ARTERIAL PEDIÁTRICO PARA HEMODIÁLISE, COM CLAPM, SEM CATABOLHAS. EQUIPO DE HEMODIÁLISE COMPOSTO DE CONECTOR AO DIALISADOR VERMELHO COM TAMPA, RAMAL DE HEPARINA COM CLAMP E LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA, SEGMENTO DE BOMBA DE 6 MM, RAMAL		UN			

		DE SORO COM CLAMP E LUER LOCK FÊMEA COM TAMPA, PONTO DE INFUSÃO VERMELHO E CONECTOR A FÍSTULA VERMELHO COM TAMPA. COMPRIMENTO TOTAL DA LINHA CERCA DE 3 METROS, VOLUME DE PREENCHIMENTO DA LINHA 35 - 40 ML. REPROCESSÁVEL. PARA USO EM PEDIATRIA					
26	406714	EQUIPO VENOSO PEDIÁTRICO PARA HEMODIÁLISE, COM CLAMP E CATABOLHA. EQUIPO DE HEMODIÁLISE COMPOSTO DE CONECTOR AO DIALISADOR AZUL TAMPADO, PONTO DE INFUSÃO AZUL. COMPRIMENTO TOTAL DA LINHA CERCA DE 2,5 METROS, CATABOLHAS COM VOLUME DE PREENCHIMENTO CERCA DE 24 ML, COMPRIMENTO ENTRE CATABOLHA E PONTA DA LINHA DE CONEXÃO COM ACESSO VENOSO DO PACIENTES 120 A 150 CM, RAMAL DE SORO COM CLAMP E LUER LOCK FÊMEA TAMPADO, RAMAL DE TOMADA DE PRESSÃO COM CLAMP E LUER LOCK FÊMEA TAMPADO E CONECTOR À FÍSTULA AZUL E CONECTOR PROTETOR. REPROCESSÁVEL. PARA USO EM PEDIATRIA.		UN			
27	454363	FILTRO CAPILAR DE ALTO FLUXO, ÁREA ENTRE 0,2 A 0,3 M ² - BIOCOMPATÍVEL FIBRA OCA ÁREA ENTRE 0,2 A 0,3 M ² , COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ENTRE 7 E 10 ML/H/MMHG E PREENCHIMENTO ENTRE 15 E 18 ML, PARA USO EM HEMODIÁLISE COM BAIXO FLUXO DE BANHO 30 A 100 MI/MIN PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM PESO INFERIOR A 10 KG, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A VAPOR OU RADIAÇÃO GAMA, ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			
28	454369	FILTRO CAPILAR DE ALTO FLUXO, ÁREA 1,0 A 1,2 M ² - BIOCOMPATÍVEL FIBRA OCA COM ÁREA ENTRE 1,0 E 1,2 M ² , COM COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ENTRE 30 E 50 ML/H/MMHG E PREENCHIMENTO ENTRE 60 E 69 ML, REPROCESSAVEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA AJUSTES ÀS LINHAS DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA, USO EM HEMODIÁLISE. APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A VAPOR OU RADIAÇÃO GAMA, ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			
29	454369	FILTRO CAPILAR DE ALTO FLUXO, ÁREA 1,3 A 1,5 M ² - BIOCOMPATÍVEL FIBRA OCA COM ÁREA ENTRE 1,3 E 1,5 M ² , COM COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ENTRE 40 E 60 ML/H/MMHG E PREENCHIMENTO ENTRE 80 E 95 ML, REPROCESSAVEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA AJUSTES ÀS LINHAS DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA, USO EM HEMODIÁLISE. APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A VAPOR OU RADIAÇÃO GAMA, ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			
30	454371	FILTRO CAPILAR DE ALTO FLUXO, ÁREA 1,6 A 1,7 M ² - BIOCOMPATÍVEL FIBRA OCA COM ÁREA ENTRE 1,6 E 1,7 M ² , COM COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ENTRE 50 E 75 ML/H/MMHG E PREENCHIMENTO ENTRE 95 E 115 ML, REPROCESSAVEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA AJUSTES ÀS LINHAS DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA, USO EM HEMODIÁLISE. APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A VAPOR OU RADIAÇÃO GAMA, ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			

31	454372	FILTRO CAPILAR DE ALTO FLUXO, ÁREA 1,8 A 1,9 M ² - BIOCOMPATÍVEL FIBRA OCA COM ÁREA ENTRE 1,8 E 1,9 M ² , COM COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ENTRE 55 E 76 ML/H/MMHG E PREENCHIMENTO ENTRE 114 E 125 ML, REPROCESSAVEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA AJUSTES ÀS LINHAS DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA, USO EM HEMODIÁLISE. APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A VAPOR OU RADIAÇÃO GAMA, ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			
32	454373	FILTRO CAPILAR DE ALTO FLUXO, ÁREA 2,1 A 2,3 M ² - BIOCOMPATÍVEL FIBRA OCA COM ÁREA ENTRE 2,1 E 2,3 M ² , COM COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ENTRE 60 E 85 ML/H/MMHG E PREENCHIMENTO ENTRE 126 E 160 ML, REPROCESSAVEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA AJUSTES ÀS LINHAS DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA, USO EM HEMODIÁLISE. APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A VAPOR OU RADIAÇÃO GAMA, ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			
33	454381	FILTRO PARA PURIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA DO DIALISATO, PARA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE, COM FIBRA – COMPOSTO POR MEMBRANA SINTÉTICA COM SUPERFÍCIE DE CONTATO EM TORNO DE 2,2 M ² E FIBRAS CONTIDAS EM UMA CÂMARA OPACA, USO PARA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE FRESenius. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			
34	454379	FILTRO CAPILAR PARA USO ÚNICO, COM ÁREA 1,0 M ² , PARA USO EM HEMODIÁLISE COM MEMBRANA SINTÉTICA - BIOCOMPATÍVEL FIBRA OCA COM ÁREA ENTRE 1,0 E 1,2 M ² , COM VOLUME PREENCHIMENTO ENTRE 53 E 70 ML, USO EM HEMODIÁLISE. APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A VAPOR OU RADIAÇÃO GAMA, ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS, USO ÚNICO. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			
35	454379	FILTRO CAPILAR PARA USO ÚNICO, COM ÁREA 1,4 M ² , PARA USO EM HEMODIÁLISE COM MEMBRANA SINTÉTICA - BIOCOMPATÍVEL FIBRA OCA COM ÁREA ENTRE 1,4 E 1,5 M ² , COM VOLUME PREENCHIMENTO ENTRE 73 E 92 ML, PARA DIALISADORES DE ALTO FLUXO, USO EM HEMODIÁLISE. APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A VAPOR OU RADIAÇÃO GAMA, ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS, USO ÚNICO. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			
36	454381	FILTRO CAPILAR PARA USO ÚNICO, COM ÁREA 1,8 M ² , PARA USO EM HEMODIÁLISE COM MEMBRANA SINTÉTICA - BIOCOMPATÍVEL FIBRA OCA COM ÁREA ENTRE 1,8 E 1,9 M ² , COM VOLUME DE PREENCHIMENTO ENTRE 95 E 115 ML, PARA DIALISADORES DE ALTO FLUXO, USO EM HEMODIÁLISE. APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A VAPOR OU RADIAÇÃO GAMA, ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS, USO ÚNICO. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			

37	454383	FILTRO CAPILAR PARA USO ÚNICO, COM ÁREA 2,1 M², PARA USO EM HEMODIÁLISE COM MEMBRANA SINTÉTICA -, BIOCMPATÍVEL FIBRA OCA COM ÁREA ENTRE 2,0 E 2,2 M², COM VOLUME DE PREENCHIMENTO ENTRE 115 E 125 ML, PARA DIALISADORES DE ALTO FLUXO, USO EM HEMODIÁLISE. APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A VAPOR OU RADIAÇÃO GAMA, ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS, USO ÚNICO. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			
38	364687	FILTRO PARA PLASMAFERESE COM ÁREA DE SUPERFÍCIE 0,6 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO 70 ML E FIBRAS CONTIDAS EM UMA CÂMARA OPACA, USO PARA TROCA TERAPÊUTICA DE PLASMA. APIROGÊNICO, COM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INSENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			
39	364685	FILTRO PARA PLASMAFERESE COM ÁREA DE SUPERFÍCIE 0,3 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO 36 ML E FIBRAS CONTIDAS EM UMA CÂMARA OPACA, USO PARA TROCA TERAPÊUTICA DE PLASMA. APIROGÊNICO, COM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INSENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NÃO ESTÁ SENDO COMERCIALIZADO.		UN			
40	318871	ISOLADOR DE PRESSÃO PARA MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, CONSTITUÍDO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA E HIDROPELENTE, MATERIAL PLÁSTICO, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, ESTERILIZADO E APIROGÊNICO COM FILTROS DE VEDAÇÃO DE FLUÍDOS, CONECTOR LUER-LOCK PARA ENCAIXE NA MÁQUINA, BICO EM ROSCA PARA ADAPTAÇÃO EM LINHAS DE SANGUE, EMBALAGEM ESTÉRIL E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN			
41	406722	LINHA ARTERIAL PARA MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE AUTOMÁTICAS DE PROPORÇÃO, SEM CATABOLHA, COMPOSTA DE PVC ATÓXICO COM SEGMENTO DE BOMBA COM 280 MM DE EXTENSÃO, DIÂMETRO EXTERNO DE 12 MM E INTERNO DE 6 MM, COM VIA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL COM CONECTOR LUER, EXTENSÃO PARA SORO COM CLAMP, DISPOSITIVO PARA COLETA DE SANGUE OU INFUSÃO DE PEQUENOS VOLUMES DE SOLUÇÃO; CONECTORES LUER-LOCK PARA ENCAIXE EM AGULHAS DE PUNÇÃO DE FÍSTULA, ESTERELIZADA REUTILIZÁVEL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ADULTO.		UN			
42	406715	LINHA DE SANGUE VENOSA PARA MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE AUTOMÁTICAS DE PROPORÇÃO, COM CATABOLHA COM 20 MM DE DIÂMETRO, SENSOR DE PRESSÃO COM CONECTOR LUER, PONTO DE INJEÇÃO, CLAMPS NA EXTENSÃO DA LINHA PRÓXIMA AO CONECTOR LUER PARA ADAPTAR A AGULHA DE FÍSTULA E NA SAÍDA DO CATABOLHA, ESTERILIZADA, REPROCESSÁVEL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ADULTO.		UN			
43	479659	PROTETOR PARA CATETER COM LUER LOCK- DISPOSITIVO RÍGIDO PARA		UN			

		OCCLUSÃO DE CONEXÕES LUER FÊMEA. ESTÉRIL. FECHAMENTO LUER LOCK. DESCARTÁVEL. USO ÚNICO.					
44	390608	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL PARA REPROCESSAMENTO DE DIALISADORES DE HEMODIÁLISE COMPOSTA POR ÁCIDO PERACÉTICO A 2%, COM PROPRIEDADES ESPORICIDA, BACTERICIDA, MICOBACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA. PARA USO EM DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL E NÍVEL INTERMEDIÁRIO. APRESENTAÇÃO GALÃO DE 5 (CINCO) LITROS. CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		L			
45	388079	REAGENTE PARA ANÁLISE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO-SOLUÇÃO INDICADORA PARA ANÁLISE QUALITATIVA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO PARACETICO, EM FRASCO DE 100 ML. PARA USO EM HEMODIÁLISE NA IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUO DE ÁCIDO PERACÉTICO NAS LINHAS DE HEMODIÁLISE.		UN			
46	337958	FITAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO DETERMINAÇÃO SEMI-QUANTITATIVA DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO DE - ÁCIDO PERACÉTICO EM SOLUÇÃO DEVENDO SER CAPAZ DE DETECTAR NÍVEIS ABAIXO DE 500 PPM E DEVE SER COMPATÍVEL COM O DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL PARA REROCESSAMENTO DE DIALISADORES DE HEMODIÁLISE.		UN			
47	454367	FILTRO CAPILAR DE ALTO FLUXO, ÁREA 0,7 A 0,8 M ² - BIOCOMPATÍVEL FIBRA OCA ÁREA ENTRE 0,7 A 0,8 M ² , COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO ENTRE 20 E 25 ML/H/MMHG E PREENCHIMENTO ENTRE 40 E 45 ML, REPROCESSAVEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA AJUSTES ÀS LINHAS DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA, USO EM HEMODIÁLISE. APIROGÊNICO, ESTERILIZADO A VAPOR OU RADIAÇÃO GAMA, ISENTO DE SUBPRODUTOS DE ESTERILIZAÇÃO OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS. POSSUI EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. USO EM PEDIATRIA.		UN			
VALOR TOTAL							

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – HU-Ufma.

3.2. Não há órgãos participantes

4. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, será limitada aos hospitais universitários da rede Ebserhresponsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016 que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 8.945/2016, no RLCE 2.0 e no Decreto nº 7.892/2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes, se existentes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, se existentes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, se existentes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. **VALIDADE DA ATA**

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

6. **REVISÃO E CANCELAMENTO**

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 120 (cento e vinte) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.8.1. por razão de interesse público; ou

6.8.2. a pedido do fornecedor.

7. PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no termo de referência.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no termo de referência, anexo do Edital.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, nos termos do art. 12, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º, do Decreto nº 7.892, de 2013.

8.4. É eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Maranhão para dirimir os litígios que decorrerem da execução desta Ata que não possam ser compostos pela conciliação.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em documento eletrônico, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada aos demais órgãos participantes no Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

São Luís (MA), _____ de _____ de 2022

<p>(assinado eletronicamente) Joyce Santos Lages Superintendente – Ebserh/HU-Ufma</p> <p>(assinado eletronicamente) Eurico Santos Neto Gerente Administrativo – Ebserh/HU-Ufma</p>	<p>(assinado eletronicamente) FORNECEDOR Cargo / Representante Legal</p>
--	---



Documento assinado eletronicamente por **Aliete Da Silva Ramalho, Assistente Administrativo**, em 18/10/2022, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Germana Modesto Cardoso de Oliveira, Chefe de Unidade**, em 18/10/2022, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **25008144** e o código CRC **5DF9651E**.

ANEXO I

RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

Fornecedor 1.

Referência: Processo nº 23523.027865/2022-33 SEI nº 25008144