

# REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

## ABERTA

Processo:23523011583202214

Número RM: UPDE-000074/2022

Usuário: aldelypinho.huufm

Data: 21/03/2022

Folha: 1

| Item | Cód. Almoarifado | Cód. EBSERH | CATMAT | Especificação  | Qtd. | Unid. |
|------|------------------|-------------|--------|--|------|-------|
| 1    | 3113801248       | EBS05124    | 388014 | AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18GA X 25CM, PARA USO EM PISTOLA , CORTE AUTOMÁTICO; CENTIMETRADA, PONTA ECOGÊNICA; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA.COMPATÍVEL COM A MARCA DA PISTOLA, FORNECIDA EM REGIME DE COMODATO.  | 260  | UN    |
| 2    | 3113801250       | EBS05142    | 388014 | AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18GA X 25CM, PARA USO EM PISTOLA DA MARCA/MODELO:( PROMAG) CORTE AUTOMÁTICO; CENTIMETRADA, PONTA ECOGÊNICA; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA.   | 15   | UN    |
| 3    | 3113801280       | EBS08422    | 388013 | AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA, 18 G X 20 CM - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MANDRIL COM GAVETA DE 19 MM PARA RETIRADA DE AMOSTRAS, AÇO INOXIDÁVEL, COM PROTETOR, ESTÉRIL, CÂNULA CENTIMETRADA COM MARCAÇÃO ECOGÊNICA DE UM EM UM CENTÍMETRO E PONTA ECOGÊNICA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PELA ULTRASSONOGRAFIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPATÍVEL COM A MARCA DO INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA FORNECIDA EM REGIME DE COMODATO. | 200  | UN    |
| 4    | 3113801281       |             | 419844 | AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA, 18 G X 20 CM - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, MANDRIL COM GAVETA DE 19 MM PARA RETIRADA DE AMOSTRAS, AÇO INOXIDÁVEL, COM PROTETOR, ESTÉRIL, CÂNULA CENTIMETRADA COM MARCAÇÃO ECOGÊNICA DE UM EM UM CENTÍMETRO E PONTA ECOGÊNICA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PELA ULTRASSONOGRAFIA. COMPATÍVEL COM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PROMAG).   | 20   | UN    |
| 5    | 3112500085       | EBS01243    | 398676 | AGULHA PARA BIÓPSIA, COM PONTA TIPO CHIBA, 23G X 20CM, COM REVESTIMENTO ECOGÊNICO E TRAVA DE AJUSTE DE PROFUNDIDADE, EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. ATENDER NR32 PARA PERFURO-CORTANTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA.   | 500  | UN    |
| 6    | 3112500076       | EBS02124    | 391935 | AGULHA TIPO CHIBA, CALIBRE 18 G X 20 CM MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ECOGÊNICA PARA A MELHOR VISUALIZAÇÃO ULTRASSONOGRAFICA.DESCATÁVEL, ESTEREO.EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA.  | 200  | UN    |
| 7    | 3112401157       |             | 439949 | AGULHA DE VERESS PARA PNEUMOPERITÔNIO. COMPRIMENTO DE 10 CM. COMPATÍVEL COM PARELHO KARL STORZ   | 10   | UN    |
| 8    | 3111900456       | EBS06456    | 463007 | ELETRODO MONOPOLAR, TIPO ALÇA ANGULADA, EM AÇO INOXIDÁVEL. PARA USO EM CAMISAS DE 24/26 FR, USO EM RESSECÇÃO TRANSURETRAL ENDOSCÓPICA, ELEMENTO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO ESPECIFICADO EM EDITAL ( RESSECTOSCOPIO DA MARCA KARL STORZ). EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E PERMITA ABERTURA ASSEPTICA.   | 100  | UN    |
| 9    | 3111801023       | EBS06756    | 463006 | ALÇA DE RESSECÇÃO MONOPOLAR DE DOIS PINOS PARA USO EM ELEMENTO DE TRABALHO DA MARCA E MODELO ESPECIFICADOS EM EDITAL. REESTERILIZÁVEL.   | 20   | UN    |
| 10   | 3110501294       |             | 428378 | CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO URETERAL EM POLIURETANO, DIÂMETRO DE 5 FR, COMPRIMENTO DE 70 CM, APROXIMADAMENTE, 2 MARCADORES RADIOPACOS, BALÃO NÃO COMPLASCENTE EM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO MONTADO NA EXTREMIDADE DISTAL, COM DIÂMETRO DE 5 MM E COMPRIMENTO DE 4CM, PRESSÃO MÁXIMA 18 ATM, ACOMPANHADO DE FIO GUIA METÁLICO DE 145 CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 0,035". DESCARTÁVEL ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL RESISTENTE, QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.   | 20   | UN    |
| 11   | 3110600903       | 05415       | 455949 | CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, PEDIÁTRICO, 3 FR, 70 CM DE COMPRIMENTO, EM POLIURETANO, PONTA RETA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO LATERAL, CENTIMETRADO, REVESTIMENTO RADIOPACO, COM ADAPTADOR E FIO GUIA 0.18. MATERIAL RESISTENTE, MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. ATÓXICO, BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA, ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, REGISTRO ANVISA/MS.  | 15   | UN    |
| 12   | 3112400936       | EBS05002    | 428378 | CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, PEDIÁTRICO, 4 FR, 70 CM DE COMPRIMENTO, EM POLIURETANO, PONTA RETA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO LATERAL, CENTIMETRADO, REVESTIMENTO RADIOPACO, COM ADAPTADOR E FIO GUIA 0.25. MATERIAL RESISTENTE, MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. ATÓXICO, BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA, ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, REGISTRO ANVISA/MS.  | 15   | UN    |

# REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:23523011583202214

Número RM: UPDE-000074/2022

Usuário: aldelypinho.huufm

Data: 21/03/2022

Folha: 2

| Item | Cód. Almojarifado | Cód. EBSERH | CATMAT | Especificação   | Qtd. | Unid. |
|------|-------------------|-------------|--------|---|------|-------|
| 13   | 3112400958        | EBS05269    | 428378 | CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, ADULTO, 5 FR, 70 CM DE COMPRIMENTO, EM POLIURETANO, PONTA RETA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO LATERAL, CENTIMETRADO, REVESTIMENTO RADIOPACO, COM ADAPTADOR E FIO GUIA 0.38. MATERIAL RESISTENTE, MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. ATÓXICO, BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA, ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, REGISTRO ANVISA/MS.               | 20   | UN    |
| 14   | 3112400980        | EBS05416    | 455955 | CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, ADULTO, 5 FR, 70 CM DE COMPRIMENTO, EM POLIURETANO, PONTA RETA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO LATERAL, CENTIMETRADO, REVESTIMENTO RADIOPACO, COM ADAPTADOR E FIO GUIA 0.40. MATERIAL RESISTENTE, MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. ATÓXICO, BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA, ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, REGISTRO ANVISA/MS                | 12   | UN    |
| 15   | 3112400970        |             | 428378 | CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, ADULTO, 6 FR, 70 CM DE COMPRIMENTO, EM POLIURETANO, PONTA RETA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO LATERAL, CENTIMETRADO, REVESTIMENTO RADIOPACO, COM ADAPTADOR E FIO GUIA 0.38. MATERIAL RESISTENTE, MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. ATÓXICO, BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA, ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, REGISTRO ANVISA/MS.               | 12   | UN    |
| 16   | 3112400981        | EBS04999    | 458289 | CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, ADULTO, 6 FR, 70 CM DE COMPRIMENTO, EM POLIURETANO, PONTA RETA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO LATERAL, CENTIMETRADO, REVESTIMENTO RADIOPACO, COM ADAPTADOR E FIO GUIA 0.40". MATERIAL RESISTENTE, MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. ATÓXICO, BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E SEGURA, ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, REGISTRO ANVISA/MS.              | 15   | UN    |
| 17   | 3170150735        |             | 373546 | CATETER PARA CISTOMETRIA, POLIURETANO, DUPLO LÚMEN, 05 FR, 40 A 45 CM, CONECTOR LUER LOCK, PONTA PONTA CILÍNDRICA, 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS, GRADUADO, RADIOPACO, PINÇA CLAMP EM TODAS AS VIAS, ESTÉRIL.  | 15   | UN    |
| 18   | 3170150707        |             | 373544 | CATETER PARA CISTOMETRIA, POLIURETANO, DUPLO LÚMEN, 07 FR, 40 A 45 CM, CONECTOR LUER LOCK, PONTA CILÍNDRICA, 02 ORIFÍCIOS CONTRA LATERAIS, GRADUADO, RADIOPACO, PINÇA CLAMP EM TODAS AS VIAS, ESTÉRIL.  | 15   | UN    |
| 19   | 3170150723        | EBS08138    | 373546 | CATETER CISTOMETRIA, POLIURETANO, DUPLO LÚMEN, CALIBRE 9 FR, COMPRIMENTO 40 CM, CONECTOR LUERLOCK, PONTA CILÍNDRICA, 2 ORIFÍCIOS CONTRA-LATERAIS, GRADUADO, RADIOPACO, PINÇA CLAMP EM TODAS AS VIAS, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.  | 15   | UN    |
| 20   | 3113509034        | EBS08603    | 465718 | CONJUNTO CISTOSTOMIA 14 FR (CISTOCATH), COMPOSIÇÃO: 1 CATETER 14 FR, 1 TROCATER, 1 CATETER DE SUPORTE. TROCARTE, APLICAÇÃO: CISTOSTOMIA, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COM Sonda 14 - 16 FR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CÂNULA, SUPERFÍCIE LISA, COM OBTURADOR PONTA DISTAL PIRAMIDAL CORTANTE, TIPO REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA/MS. | 20   | UN    |
| 21   | 3111301251        |             | 428906 | CESTA DE NITINOL PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULO RENAL (DORMIA). TAMANHO DE 3.0 FR, COM COMPRIMENTO DE 90 CM. DIÂMETRO EXTERNO DE 16 MM. COMPOSTA DE 4 FIOS. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO  | 30   | UN    |
| 22   | 3111481761        | EBS05536    | 428901 | CESTA DE NITINOL PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULO RENAL (DORMIA). TAMANHO DE 3.0 FR, COM COMPRIMENTO DE 120 CM. DIÂMETRO EXTERNO DE 16 MM. COMPOSTA DE 4 FIOS. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO   | 15   | UN    |
| 23   | 3111001212        | EBS04998    | 428906 | CESTA EM NITINOL PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULO RENAL (DORMIA) 02FR, COMPRIMENTO ENTRE 90 A 120 CM APROXIMADAMENTE, COM CATETER RADIOPACO, CESTA HELICOIDAL, ACIMA DE 4 FIOS, SEM PONTA, COM PROTETOR EM POLIURETANO, COM EMPUNHADEIRA ERGONOMICA, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL ADEQUADO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.   | 40   | UN    |
| 24   | 3110500865        |             | 455946 | CATETER URETRAL 06 FR, COMPRIMENTO 27CM (+/-5CM), DUPLO J, EM SILICONE, COM GUIA HIDROFÍLICO DESLIZANTE, PONTA FLEXÍVEL, LONGA PERMANÊNCIA.   | 330  | UN    |
| 25   | 3115806943        |             | 428901 | CATETER BASKET EM NITINOL COM CESTA DE 04 FIOS, ATRAUMÁTICO, SEM PONTA, HASTE FLEXÍVEL, 115 CM - DE COMPRIMENTO, 1,5 A 3,0 FR DE DIÂMETRO COMPATÍVEL COM URETEROSCOPIO FLEXÍVEL.  | 200  | UN    |

# REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:23523011583202214

Número RM: UPDE-000074/2022

Usuário: aldelypinho.huufm

Data: 21/03/2022

Folha: 3

| Item | Cód. Almojarifado | Cód. EBSERH | CATMAT | Especificação   | Qtd. | Unid. |
|------|-------------------|-------------|--------|---|------|-------|
| 26   | 3111482245        |             | 428318 | BALÃO DE DILATAÇÃO URETERAL, 15 X 5 X 6 MM, PONTA AFILADA, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035", MARCADOR -RADIOPACO, ESTÉRIL, USO ÚNICO.   | 5    | UN    |
| 27   | 3061321490        |             | 448119 | INTRODUTOR (BAINHA) PARA ACESSO URETERAL, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DE 35 A 55 CM DE COMPRIMENTO - AÇO INOXIDÁVEL INTERNAMENTE E NYLON EXTERNAMENTE, COM COBERTURA HIDROFÍLICA, DILATADOR DE POLIURETANO DIÂMETRO DE 9 A 15 FR.   | 150  | UN    |
| 28   | 3061321491        |             | 485584 | INTRODUTOR (BAINHA) PARA ACESSO URETERAL, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DE 35 A 55 CM DE COMPRIMENTO - AÇO INOXIDÁVEL INTERNAMENTE E NYLON EXTERNAMENTE, COM COBERTURA HIDROFÍLICA, DILATADOR DE POLIURETANO, DIÂMETRO DE 9 A 11,5 FR.  | 12   | UN    |
| 29   | 3121500435        | EBS06463    | 355494 | FOTOCOAGULADOR, FIBRA DE 200 A 300 MICRÔMETROS, EMISSÃO DE PULSOS ENERGIA A LASER TIPO YAG COM COMPRIMENTO DE ONDA 2100 NANÔMETROS, POTÊNCIA MÉDIA DE 10 A 30 W. REUTILIZÁVEL. FIBRA ÓPTICA LASER PARA UROLOGIA.  | 150  | UN    |
| 30   | 3121500436        | EBS06464    | 355494 | FOTOCOAGULADOR, FIBRA DE 300 A 400 MICRÔMETROS, EMISSÃO DE PULSOS ENERGIA A LASER TIPO YAG COM COMPRIMENTO DE ONDA 2100 NANÔMETROS, POTÊNCIA MÉDIA DE 10 A 30 W. REUTILIZÁVEL. FIBRA ÓPTICA LASER PARA UROLOGIA.  | 20   | UN    |
| 31   | 3121500437        | EBS06465    | 355494 | FOTOCOAGULADOR, FIBRA DE 400 A 600 MICRÔMETROS, EMISSÃO DE PULSOS ENERGIA A LASER TIPO YAG COM COMPRIMENTO DE ONDA 2100 NANÔMETROS, POTÊNCIA MÉDIA DE 10 A 30 W. REUTILIZÁVEL. FIBRA ÓPTICA LASER PARA UROLOGIA.  | 20   | UN    |
| 32   | 3111481546        | EBS06588    | 452255 | FIO GUIA EM NITINOL, COM COBERTURA HIDROFÍLICA, CALIBRE 0,035 INCH E 260CM, APROXIMADO, PARA HEMODINÂMICA, PONTA FLEXÍVEL, RADIOPACA, ANGULADA; ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.   | 20   | UN    |
| 33   | 3111481601        | EBS05428    | 452160 | FIO GUIA EM NITINOL PARA USO EM HEMODINÂMICA. DIÂMETRO 0,038 POLEGADAS, COM TAMANHO DE 260 CM COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO E RADIOPACO SOBRE TODA A SUPERFÍCIE DO FIO. RESISTENTE À TORÇÃO. CORPO PADRÃO E PONTA RETA DE 3 CM. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO           | 15   | UN    |
| 34   | 3111481602        | EBS05438    | 452064 | FIO GUIA EM NITINOL PARA USO EM UROLOGIA. DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, TIPO BENTSON, COM TAMANHO DE 150 CM COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO E RADIOPACO SOBRE TODA A SUPERFÍCIE DO FIO. RESISTENTE À TORÇÃO. CORPO PADRÃO E PONTA RETA DE 8 CM. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO | 15   | UN    |
| 35   | 3111481513        |             | 452111 | FIO GUIA HIDROFÍLICO 150CM 0,035 Fr, ESTÉRIL, PARA UROLOGIA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA.   | 450  | UN    |
| 36   | 3061822001        | EBS05454    | 466137 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 3.0 FR X 12 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO PONTA J - 0,18" MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE  | 35   | UN    |
| 37   | 3061822000        | EBS05455    | 466137 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 3.0 FR X 14 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO PONTA J - 0,18" MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE  | 20   | UN    |
| 38   | 3061822002        | EBS05456    | 466137 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 3.0 FR X 16 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO PONTA J 0,18" MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.   | 20   | UN    |
| 39   | 3112801012        | EBS5479     | 455945 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 4.7 FR X 22 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,35" PONTA J MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE  | 40   | UN    |
| 40   | 3114701003        | EBS04961    | 455945 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 4.7 FR X 24 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO PONTA J MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.   | 20   | UN    |

# REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:23523011583202214

Número RM: UPDE-000074/2022

Usuário: aldelypinho.huufm

Data: 21/03/2022

Folha: 4

| Item | Cód. Almoarifado | Cód. EBSERH | CATMAT | Especificação   | Qtd. | Unid. |
|------|------------------|-------------|--------|---|------|-------|
| 41   | 3114701004       | EBS05466    | 455944 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 4.7 FR X 26 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO PONTA J MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE  | 200  | UN    |
| 42   | 3114701005       | EBS05480    | 455945 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 4.7 FR X 28 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0.35" PONTA J MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE  | 15   | UN    |
| 43   | 3114701006       | EBS05478    | 455945 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 4.7 FR X 30 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,35" PONTA J MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.   | 15   | UN    |
| 44   | 3114701007       | EBS05479    | 455945 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 4.7 FR X 32 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,35" PONTA J MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.   | 15   | UN    |
| 45   | 3110500854       | EBS04964    | 455946 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 6 FR X 22 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,35" PONTA J MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE  | 350  | UN    |
| 46   | 3114701008       | EBS04963    | 455946 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 6 FR X 24 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,35" PONTA J MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.   | 20   | UN    |
| 47   | 3114701009       | EBS09113    | 455946 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 6 FR X 26 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,35" PONTA J MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.   | 15   | UN    |
| 48   | 3114701010       | EBS05498    | 455946 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 6 FR X 28 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,35" PONTA J MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.   | 15   | UN    |
| 49   | 3114701011       | EBS05499    | 455946 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 6 FR X 30 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,35" PONTA J MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE  | 15   | UN    |
| 50   | 3114701012       | EBS05500    | 455946 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 6 FR X 32 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,35" PONTA J MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE  | 15   | UN    |
| 51   | 3110100445       |             | 454504 | KIT DILATADORES AMPLATZ PARA CIRURGIA RENAL PERCUTÂNEA. COMPOSTO POR FIO GUIA, DILATADORES FASCIAS. DILATADORES SEQUENCIAIS (8 FR A 30 FR X 30 CM). CAMISAS DE AMPLATZ. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSEPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO   | 60   | UN    |
| 52   | 3112200910       |             | 454504 | NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA - CONJUNTO CONTENDO: CATETER EM SILICONE RADIOPAÇO 14 FR; BALÃO 5ML; GUIA METALICO EM AÇO INOXIDÁVEL 0,035" X 90CM; DILATADORES DE 7, 9, 11 e 13 FR; CÂNULA DE PUNÇÃO, INTRODUTOR COM BAINHA.  | 15   | UN    |
| 53   | 3114701013       | EBS05523    | 454502 | KIT DE NEFROSTOMIA. COMPOSTO POR: CATETER DE DRENAGEM TIPO PIGTAIL 14 FR. AGULHA DE PUNÇÃO 18 G X 15 CM, AGULHA DE CHIBA 22 X 20 CM, FIO GUIA 0.035 COM PONTA J, BOLSA DE DRENAGEM EXTERNA, DILATADORES FACIAIS 6 FR, 8 FR, 10 FR, 12 FR, 14 FR E 15 FR. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSEPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. | 15   | UN    |



# REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

## ABERTA

Processo:23523011583202214

Número RM: UPDE-000074/2022

Usuário: aldelypinho.huufm

Data: 21/03/2022

Folha: 5

| Item | Cód. Almojarifado | Cód. EBSERH | CATMAT | Especificação   | Qtd. | Unid. |
|------|-------------------|-------------|--------|---|------|-------|
| 54   | 3060801322        |             | 416939 | PRÓTESE PENIANA, EM PAR. MATERIAL SILICONE GRAU MÉDICO, IMPLANTÁVEL, MALEÁVEL, ATÓXICO. DIÂMETRO DE 09 A 12 MM, COMPRIMENTO DE 155 A 245 MM. TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, ESTRUTURA INTERNA 16 FILAMENTOS DE PRATA, EXTREMIDADE DISTAL CHOQUE-ABSORVENTE, COM EXTENSOR. SEMIRRÍGIDA COM AJUSTE. + OU 22 CM. CAUDA REGULÁVEL ATRAVÉS DE EXTREMO RECORTÁVEL E DE ALONGADORES EVOU EXTENSORES ADEQUANDO A PRÓTESE AO TAMANHO (PENIANO) DO PACIENTE. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO.  | 20   | UN    |
| 55   | 3060801401        |             | 416936 | PROTESE TESTICULAR EM GEL DE SILICONE COM PASTILHA REFORÇADA PARA FIXAÇÃO ESTÉRIL, TAMANHOS P, M E G.   | 20   | UN    |
| 56   | 3061451344        |             | 450086 | SISTEMA CORREÇÃO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, TIPO SLING TRANSOBTURATÓRIO FEMININO, POLIPROPILENO; MONOFILAMENTAR, COM 02 AGULHAS ANTÔNIMAS QUE AUXILIAM NA IMPLANTAÇÃO DA TELA; DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.   | 110  | UN    |
| 57   | 3061452561        | EBS05525    | 450086 | SISTEMA PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA DE ESFORÇO, POR VIA RETROPÚBICA, MINIMAMENTE INVASIVO, COMPOSTO POR: SLING IMPLANTE PERMANENTE, EM FITA DE POLIPROPILENO TIPOS 1 E 2, MONOFILAMENTAR, NÃO ABSORVÍVEL, MEDINDO 11,5 MM (+V- 2 MM) DE LARGURA POR 420 MM (+V- 5 MM) DE COMPRIMENTO; 1 PAR DE AGULHAS TRANSOBTURATÓRIAS PARA SUA IMPLANTAÇÃO, COM CABOS MONTADOS. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA.                   | 20   | UN    |
| 58   | 3061452562        |             | 450087 | SISTEMA PARA TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA PÓS-PROSTATECTOMIA RADICAL. CONTENDO 1 SLING REAJUSTÁVEL FORMADO POR 2 COLUNAS DE SILICONE COM MÚLTIPLAS SUBUNIDADES DE FORMA CÔNICA E 1 PAD CENTRAL DE SILICONE RADIOPACO; 2 ARRUELAS DE SILICONE PARA TENSÃO DOS BRAÇOS DO SLING; 2 AGULHAS DESCARTÁVEIS COM PONTA CROCHÊ PARA IMPLANTAÇÃO DO SLING; POSICIONADORES DE ARRUELAS DESCARTÁVEIS USADOS NA IMPLANTAÇÃO E NO AJUSTE POSTERIOR DO SLING E RÉGUA PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO URETRAL RETRÓGRADA. | 25   | UN    |

**Observação da Requisição:** RM 74/2022\_ UROLOGIA - AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA; AGULHA TIPO CHIBA; AGULHA DE VERESS; ALÇA PARA RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA; CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO URETERAL; CATETER URETRAL P/ PIELOGRAFIA; CATETER P/ CISTOMETRIA; CONJUNTO DE CISTOSTOMIA; CESTA DE NÍTINOL (SONDA DORMIA); CATETER DUPLO J; FOTOCOAGULADOR FIOS GUIAS E OUTROS

### REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:

#### 1.AGRUPAMENTO:

- 1.1 GRUPO 01 – ITENS 1 E 3 (AGULHAS PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA)
- 1.2 GRUPO 02 - ITENS 27 A 31 (INTRODUTOR BAINHA E FOTOCOAGULADORES)

#### 2.COMODATOS NECESSÁRIOS:

- 2.1 GRUPO 01 – 02 (DUAS) PISTOLAS PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA
- 2.2 GRUPO 02 - 01(UM) GERADOR + 01(UM) URETERORENOSCÓPIO FLEXÍVEL

#### 3.NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL HOSPITALAR

#### 4.MATERIAL COMUM ( ) OPME ( X ) INSTRUMENTAL ( )

#### 5.CONSIGNADOS: SIM ( ) NÃO ( X )

#### 6.PRAZO DE ENTREGA:

#### 6.1 MATERIAL COMUM E OPME: 20 DIAS CORRIDOS ( X )